



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/42/D/N/AC/2020

Limanowa dnia: 2020-07-07

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/42/D/N/AC/2020**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje korekty odpowiedzi na zapytania do SIWZ udzielonych 06.07.2020r. w zakresie zadania nr 1, pkt. 29 i 32

Pytanie 3 zadanie nr 1 pkt. 29 Czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował dostarczenie detektora bezprzewodowego w formacie 43x43 cm o polu matrycy obrazowania w rozmiarze 43x43 (+/- 1 cm)? Detektor o większym rozmiarze ma wpływ na pole obrazowania, które w przypadku pacjentów leżących na łóżku ma znaczenie - dzięki temu technik posiada większe pole tolerancji ułożenia pacjenta przy ekspozycji. W przypadku wprowadzenia punktacji sugerujemy punktację: detektor w formacie 35 cm x 43 cm - 0 pkt ; detektor w formacie 43 cm x 43 cm - 10 pkt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie detektora bezprzewodowego w formacie 43x43 cm o **polu matrycy obrazowania w rozmiarze 43x43 (+/- 1 cm), ale nie wprowadza punktacji.**

Pytanie 5 zadanie nr 1 pkt 32. Czy Zamawiający będzie punktował dostarczenie dodatkowych baterii ? Sugerujemy wprowadzenie punktacji: dostarczenie do 3 baterii - 0 pk; dostarczenie 4 baterii i więcej - 5 pkt

Odpowiedź: Nie

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta