

L.dz. SZW.DZI.262.238/18/PN/WU/2020

Suwałki, dnia 13/07/2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 18/PN/WU/2020**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**  
– znak sprawy **18/PN/WU/2020**.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**Uczestnik 1**

Pakiet 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści Elektroda monopolarna nożowa prosta: długość całkowita 62mm, ostrza 13 mm, trzon 4mm – op. 5 szt.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 8 poz. 8

Czy zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK Gold, proste, długość 22cm, końcówka 8x2mm, tępą?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 11/PN/WU/2020 z dnia 07/07/2020r.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora**  
d/s. Lecznictwa  
*Szpitala Wojewódzkiego*  
*m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach*

**Włodzimierz Zaworonok**

W.U./W.U.