



Pismo: CRZP/77/2020/AZP/27

Gdynia dnia: 2020-07-13

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_2

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu
RID/2020/GA/1”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie do zadania 7 Czy Zamawiający dopuszcza:

Zakreś pomiarowy pojemności min. $0\text{ F} * 120\text{ pF}$,

Zakres pomiarowy częstotliwości min. $3\text{ Hz} - 300\text{ kHz}$,

Funkcje matematyczne, dowolnie programowalne przez skrypty, oraz REL, Minimum, Maximum, Average, Standard Deviation, peak-peak, dB, Limit Test, Percent, $1/x$, i $mX+b$ z wyborem wyświetlania przez użytkownika

Interfejsy: 1x USB host, 1x USB device, zamiennie 1x RS-232, lub 1x GPIB, 1x LAN, Masa 4,54 kg,

Odpowiedź: dopuszcza się powyżej wymienione parametry.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista
Anita Brunowicz
Anita Brunowicz