

L.dz. SZW.DZI.262.250/26/PN/WU/2020

Suwałki, dnia 16/07/2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 26/PN/WU/2020**

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI
DO WYJAŚNIEN TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 15/07/2020r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Doposażenie Oddziałów Szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem SARS – CoV- 2 w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego”- część 1 – znak sprawy 26/PN/WU/2020.**

Uczestnik 2

Dotyczy: Część 2

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora zapewniającej przeprowadzenie programu gwarantującego fazę dezynfekcji wysokiego stopnia zgodnej z normą EN15883-4 (skuteczność wobec B, F, Tbc, V, S), która jest tożsama z fazą sterylizacji potwierdzoną poprzez zgodność z normą EN14937.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Powinno być:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 20

Prosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora posiadającej duży i wygodny 7-calowy panel sterowania w postaci monitora dotykowego umieszczonego z przodu myjni (odpowiednik 15-calowego monitora umieszczonego z tyłu myjni).

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Powinno być:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 22

Prosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora posiadającej cykl autodezynfekcji działający nieprzerwanie nawet przez 72 godziny od uruchomienia, zapewniający bezpieczeństwo myjni między cyklami mycia i dezynfekcji endoskopów, niewymagający programowania.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Powinno być:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 31

Prosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora posiadającej komorę wykonaną z tworzywa sztucznego odporną na działanie środków chemicznych, z wbudowanym skanerem kodów kreskowych wyposażoną w dysze natryskowe w komorze, bez żadnych części ruchomych.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Powinno być:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1, pkt. 18 w sposób następujący „W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym”?

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Powinno być:

Odpowiedź: §1 pkt. 18 umowy otrzymuje nowe brzmienie: „*W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę podzespołu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym*”

Uczestnik 5

6. §1 ust 18 Prosimy o zmianę części zapisu w następujący sposób: „W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę podzespołu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy.”

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Powinno być:

Odpowiedź: §1 pkt. 18 umowy otrzymuje nowe brzmienie: „*W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę podzespołu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym*”

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 26/PN/WU/2020 z dnia 08/07/2020r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

d/s. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach

Włodzimierz Żaworonok