



Pismo: CRZP/77/2020/AZP/34

Gdynia dnia: 2020-07-21

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_4

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu
RID/2020/GA/1”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie 14 - Komora badań klimatycznych - 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści komorę badań klimatycznych o wadze 70 kg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się komorę badań klimatycznych o wadze 70 kg.

Zadanie 2 - Waga precyzyjna - 1 sztuka

1. Czy Zamawiający podając wymiary wagi nie dokonał pomyłki i nie określił wymiarów opakowania? Jeśli doszło do pomyłki, bardzo proszę o informację czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach 333x206x100 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się wymiary urządzenia 333x206x100 mm.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz