

USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe : „Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach”.

PAKIET NR 4 – Odczynniki i karty do badań serologicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa kart grup krwi, odczynników i kontroli do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu Diamed do pracowni serologii Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej.

1	Karta do badania grupy krwi osoby dorosłej: anty-A, anty-B, Anty D(VI+)-anty-D(VI-)/A1-B	3600
2	Karta do badania grupy krwi osoby dorosłej z podwójnym oznaczeniem antygenu D: anty-A, anty-B, Anty AB-anty-D(VI+)anty-D(VI-)-Ctl	192
3	Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS	5760
4	Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne IgG, C3d, Ctl	40
5	Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, Ctl	20
6	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c do testu PTA-LISS i NaCl	1440 ml
7	Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grupy krwi	520 ml
8	Karta do badania grupy krwi z BTA: anty-A, anty-B, Anty AB-anty-D(VI-)-Ctl -BTA	40
9	Karta do badania grupy krwi z BTA: anty-A, anty-B, Anty AB-anty-D(VI+)-Ctl -BTA	40

10	Karta do badania grupy krwi dawcy: anty-A, anty-B, anty-D(VI+)	3456
11	Zewnętrzna międzynarodowa, certyfikowana kontrola jakości minimum 4x rok, zawierająca materiał kontrolny	1 kpt na kwartał
12	Rozcieńczalnik	7 500 ml
13	Końcówki do pipety	20 000 szt.

Wymagania graniczne:

1. Mikrokarty i odczynniki dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego systemu ID System DiaMed . (dołączyć dokument do oferty (na wezwanie)) Mikrokarty i odczynniki zgodne z art. 90 ust 1 UOWM.
2. Z uwagi na krótki termin ważności krwinek panelowych i krwi kontrolnej wykorzystywanych w badaniach serologicznych Wykonawca zapewnia zachowanie płynności pracy /dostaw w ostatnim miesiącu trwania umowy .
3. Końcówki do pipet typ ID pipetor.
4. Pozycje w Formularzu cenowym numer: 4 5 8 - muszą być zgodne z opisem profili kart. Wszystkie profile dostępne na jednej karcie.
5. Pozycje 3 w tabeli - opakowania nie większe niż 720 mikrokart.
6. Krwinki panelowe w opakowaniach nie większych niż 10ml każda z krwinek .
7. Wszystkie odczynniki, materiały zużywalne i kontrola międzynarodowa pochodzą od jednego producenta.
8. Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych min. 6 miesięcy od daty zakupu z wyjątkiem krwinek panelowych i krwi kontrolnej.
9. Wykonawca dostarczy do oferty (na wezwanie) aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników.
10. Dostawa odczynników i kart zgodnie z harmonogramem dostaw przewidzianych przez Zamawiającego.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- b) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- c) instrukcja przechowywania i składowania produktów, **(dołączenie instrukcji do pierwszej dostawy)**

Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia.

- 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – kier. Pracowni Serologii.
- 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć

- zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ.
 - 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SIWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
 - 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu nie mniej niż 6 miesięcy. (Za wyjątkiem krwinek panelowych i i krwi kontrolnej – Pakiet 4.) Jeśli okres ten jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia z Zamawiającym
 - 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 - 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
 - 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
 - 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego laboratorium centralnego, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
 - 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
 - 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena – 60 %

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\% = \text{liczba punktów}$$

2. Warunki techniczne - 40 %

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie IV

Lp.	Nr pozycji	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1	A Dostępność profilu anty-A, anty-B, Anty D(VI+)-anty-D(VI-)/A1-B na jednej karcie zawierającej 6 mikrokolumn	0-20	NIE – 0 pkt. TAK - 20 pkt.
2.	2	B	0-5	NIE – 0 pkt.

Lp.	Nr pozycji	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
		Dostępność profilu anty-A, anty-B, Anty AB-anty-D(VI+)anty-D(VI-)-CTL na jednej karcie zawierającej 6 mikrokolumn		TAK - 5 pkt.
3,	9	C Dostępność profilu anty-A, anty-B, Anty AB-anty-D(VI+)-CtI -BTA na jednej karcie zawierającej 6 mikrokolumn	0-15	NIE – 0 pkt. TAK - 15 pkt.

Kolbuszowa 22.07.2020r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/ podpis osoby uprawnionej /