



Poznań, 05.08.2020 r.

ADZP-381-39/20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ  
oraz powiadomienie o zmianie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 31.07.2020 r. oraz 04.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (zwanej dalej: ustawą Pzp), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do zadanej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający uzna.

**Pytanie 2:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 6 igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach: poz.1) 0,5 x 120; poz.2) 0,7 x 38; poz.3) 0,7 x 75; poz. 4) 0,7 x 75; poz.5) 0,7 x 90; poz.6) 0,9 x 75; poz.7) 0,9 x 90; poz.8) 1,2 x 90 pochodzących od jednego producenta.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3: Dotyczy Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa masek tlenowych, drenów do masek tlenowych, masek aerozolowych, zestawów do aeroszoterapii**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wyrobów do tlenoterapii, wiodącego producenta, najwyższej jakości, zawierających dopuszczalną regulacjami prawnymi ilość DEHP i/lub poliestru.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4: Dotyczy Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa masek tlenowych, drenów do masek tlenowych, masek aerozolowych, zestawów do aeroszoterapii poz.3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek dla dorosłych w dwóch rozmiarach: krótka i wydłużona. Pozostałe bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5: Dotyczy Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa masek tlenowych, drenów do masek tlenowych, masek aerozolowych, zestawów do aeroszoterapii poz.5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze. Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6: Dotyczy Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa masek tlenowych, drenów do masek tlenowych, masek aerozolowych, zestawów do aeroszoterapii poz.6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek dla dzieci w jednym uniwersalnym rozmiarze. Pozostałe zgodnie z siwz

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7: Zamówienie częściowe nr 2, pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Czy zamawiający dopuści aby wyroby zawierały znikome ilości DEHP?**

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8: Zamówienie częściowe nr 2, pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Czy zamawiający dopuści aby wyroby zawierały znikome ilości poliestru**

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9: częściowe nr 2, pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Czy zamawiający dopuści aby wyroby w ww. pozycjach zamiast ISO serii 10993 były zgodne z ISO 13485 potwierdzone dokumentami?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja nr 1** – Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pozycji 1 innego producenta w porównaniu do pozycji od 2 do 6?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11: Zamówienie częściowe nr 4, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopów oznaczone na każdym pojedynczym opakowaniu etykietą z informacją w j. angielskim, datą ważności, rodzajem łyżki i rozmiarem, bez graficznej instrukcji obsługi (ze względu na podobieństwo produktów na rynku oraz wiedzę lekarzy w użytkowaniu tego rodzaju wyrobów instrukcja ta nie jest zawarta na opakowaniu, lecz na życzenie Zamawiającego może być dołączana do opakowania zbiorczego, bądź przesłana w formie

elektronicznej), opakowanie nie jest kodowane kolorystycznie (rozmiar jest widoczny na opakowaniu), macintosh dostępne w rozmiarach: 0 – dł. całkowita 80mm, szer. końcowa 7mm, 1 – dł. całkowita 95mm, szerokość końcowa 10mm, 2 – dł. całkowita 105mm, szerokość końcowa 10mm, 3 – dł. całkowita 135mm, szerokość końcowa 12mm, 4 – długość całkowita 155mm, szerokość końcowa 13mm, produkt z 3 letnią datą ważności, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12: Zamówienie częściowe nr 4, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową j. u. o następujących parametrach:

- wykonana w 100% z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie
- możliwość pracy w MRI
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- nie zawiera lateksu i DEHP
- sterylne
- pakowana pojedynczo (na opakowaniu nr serii, data ważności i opis w j. ang.)
- rozmiary: 1.0 (<5kg), 1.5 (5-10kg), 2.0. (10-20kg), 2.5 (20-30 kg), 3.0 (30-50 kg), 4.0 (50-70 kg), 5.0 (70-100 kg)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13: Część nr 4 Poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści łyżki o wymiarach:

Mac. 0 dł. 80 i szerokość końcowa 8 mm.

Mac. 1 dł. 94 mm i szerokość końcowa 12 mm.

Mac. 2 dł. 110 mm i szerokość końcowa 13mm.

Mac. 3 dł. 133 mm i szerokość końcowa 13,5mm.

Mac. 4 dł. 165 mm i szerokość końcowa 15mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14: Część nr 4 Poz. 1:** Czy zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia graficznej instrukcji obsługi na opakowaniu jednostkowym łyżki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.

**Pytanie nr 15: Część nr 4 Poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16: Pakiet 2, Poz. 5:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do aerozoloterapii dla dorosłych, wyposażonego w nebulizator niskobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5 ml, produkt

czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części). Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W zestawie z nebulizatorem: maska aeroszowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 17: Pakiet 2, Poz. 6:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do aeroszoterapii dla dzieci, wyposażonego w nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części). Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W zestawie z nebulizatorem: maska aeroszowa pediatryczna z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 18: Pakiet 2, Poz. 1-3:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zastosowane materiały mają nie zawierać bisfenolu (BPA), co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19: Pakiet 2, Poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją techniczną.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 20: Pakiet 2, Poz. 4:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez sformułowanie maska aeroszowa dla dzieci ma na myśli maskę dla dzieci z nebulizatorem?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 21: Pakiet 4, Poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22: Pakiet 4, Poz.2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski kraniowej jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwiężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maską o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Maską wyposażoną w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski kraniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski kraniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Maską w rozmiarach: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5/ 6 i zakresach wagowych odpowiednio: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg; >100kg

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kopuła maski ma posiadać budowę chroniącą przed wkliniowaniem nagłośni?


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska ma posiadać wzmocnioną grzbietową część mankietu chroniącą przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania?

**Odpowiedź:** Tak.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
  
Krzysztof Krzymański

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 21, [katarzyna.gracz@szoz.pl](mailto:katarzyna.gracz@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Bolesława Kryświckiego 7/8  
61-825 Poznań