

Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/195/2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej."** – znak sprawy **NA/P/195/2020**.

Zamawiający, **Politechnika Rzeszowska**

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o bliższe sprecyzowanie punktu dotyczącego modernizacji stołów laboratoryjnych.

W opisie podana jest tylko grubość blatu.

Brak jest jednak wymiarów tego stołu oraz pozostałych wymiarów takich jak :

- obicia boczne
- oraz szczegółów dotyczących szuflady

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający umieszcza na stronie opis stołów.

Zamawiający

Kierownik
Działu Logistyki i Zamówień Publicznych

mgr Dominik Orzech

Stół laboratoryjny do modernizacji

Wymiary blatu: 80x220 cm, grubości 36 mm, krawędzie wzmocnione tworzywem nieprzewodzącym prądu elektrycznego.




Widok z przodu

Wymiary szuflady zewnętrzne (jak na zdjęciu poniżej):

- szerokość ok. 60 cm
- wysokość ok. 13 cm
- głębokość ok. 65 cm

Wewnątrz szuflady o wymiarze 55x63cm należy zamontować 3 wzdłużne oraz dwie poprzeczne przegródki dzielące szufladę na 12 części, obok szuflady półka (jak na zdjęciu poniżej).



Widok z tyłu

Wymiary obicia tylnego (jak na zdjęciu):

- długość ok. 195 cm
- wysokość ok. 17 cm.



Widok z boku

Wymiary „obici” bocznych:

- szerokość ok. 70 cm
- wysokość ok. 45 cm

