



Poznań, 23.09.2020 r.

ADZP-381-51/20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż w dniach 21.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (zwanej dalej: ustawą Pzp), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa siatek i taśm do korekcji statyki narządu rodnego, nietrzymania moczu, sprzętu do chirurgii laparoskopowej, drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1: dotyczy zamówienia częściowego nr 7, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacja, połączony z kablem dł. 3m, z wtyczką typ 3-pin w komplecie z elektrodą igłową, pakowany sterylnie, 25 szt./op.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2: Dotyczy Zamówienie częściowe nr 1:** taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), taśma bez nici pozycjonujących, bez skrzydełkowej prowadnicy

**oraz**

igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o średnicy 4mm, do implantacji w/w taśmy przez otwory zasłonowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3: Dotyczy zapisów SIWZ:** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający uzna.

**Pytanie nr 4: Dotyczy zamówienia częściowego nr 7:** Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 dopuszczenie produktów konkurencyjnych o poniższych parametrach:

Pozycja 1: Posiadamy kabel 3,2 m, pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Pozycja 2: Warunki SIWZ spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.

**Pytanie nr 5: Dotyczy zamówienie częściowe nr 1:** Zamówienie częściowe nr 1 Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylne 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniająca taśma: • Długość – 420 mm • Szerokość – 13 mm • Grubość – 0,51 mm • Gramatura – 90 g/m<sup>2</sup> • Rozmiar porów – 500-1000 • Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm 3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji 4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej 7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, metodą out-in oraz in-out.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Szpital św. Józefa  
ul. Krysiwicza 7/8  
61-825 Poznań  
tel. 61 850 62 00  
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa  
ul. Nowowiejskiego 56/58  
60-734 Poznań  
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny  
ul. Jarochońskiego 18  
60-235 Poznań  
tel. 61 866 50 12  
fax. 61 866 23 24

**Pytanie nr 6: Dotyczy zamówienie częściowe nr 6:** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębników z końcem zawierającym jeden otwór centralny, pozostałe właściwości według opisu.


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7: Dotyczy zamówienie częściowe nr 6:** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników posiadających jedną linię kontrastującą w RTG i trzy otwory boczne, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
  
mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 21, [katarzyna.gracz@szoz.pl](mailto:katarzyna.gracz@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Bolesława Krzywiewicza 7/8  
61-825 Poznań