



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/59/D/N/L/2020/150/2020**

Limanowa dnia: 2020-09-29

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2020-09-24,25,28 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych.**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Tak

Dot. Zad. nr 1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dot. Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści szew o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dot. Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści szew o czasie podtrzymywania tkankowego około 80% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dot. Zadania nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 19mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 19mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 19 lub 22mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 4, 5 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 24mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 4, 5 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania nr 3, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o długości 75 lub 100cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dł. 100 cm.

Dot. Zadania nr 3, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą odwrotnie-tnącą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów "odsetki ustawowe" na "odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 %

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PIACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganych ilości szaszetek w zadaniu nr 2

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje. (formularz w załączeniu)

Czy Zamawiający dopuści w zad. nr 5 szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, homopolimer kwasu glikolowego powlekany e-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia. Efektywny czas podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, 40% po 7 dniach. Czas wchłaniania do 42 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 poz. 1-22 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, kopolimer kwasu poliglikolowego oraz mlekowego, powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia wchłaniający się 56-70 dni Podtrzymanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40% po 21 dniach, efektywny czas podtrzymania tkankowego 28-35 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zad. 2 poz. 11. Prosimy o wyjaśnienie czy nie chodziło o igłę odwrotnie tnącą ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Zad.2, poz. 12,15-20 Czy Zam. dopuści szew o dł. 70 cm używanych od wielu lat spełniający pozostałe oczekiwania Zam. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zad. 2, poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści igłę 15 mm lub 18 mm do wyboru przez Zam. spełniające pozostałe zapisy SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zad. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, kopolimer kwasu glikolowego powlekany poliglaktyną oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 5 dniach, ok. 0% po 14 dniach. Czas całkowitego wchłaniania po ok. 42 dniach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*dr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna