

Suwałki, dnia 29/09/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262. 379/37/PN/MN/2020

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**NS: 32/PN/MN/2020**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) udzielamy następujących wyjaśnień:

**Uczestnik 1**

**Pytanie nr 1 – dotyczy części 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego wyłącznie po przekroczeniu terminu 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z SIWZ.**

**Uczestnik 2**

**Pytanie nr 1 (dot. SIWZ, 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy?

*Z związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie istnieje możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień składanych za granicą jak i również w transporcie wymienionych w postępowaniu urządzeń do Polski.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 11)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z portem RS 232 przeznaczonym do podłączenia zewnętrznej drukarki do monitorowania i walidacji cykli mycia i/lub archiwizowania danych oraz portu USB do archiwizowania danych cyklu i/lub aktualizacji oprogramowania?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 22)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie zamiennie myjnię bez możliwości programowania automatycznego startu programu i bez możliwości uruchamiania automatycznego zdalnego programu po wybraniu odpowiedniego cyklu?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 28)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie zamienne urządzenie bez możliwości kontroli pracy ramion natryskowych w myjni?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 29)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z pompą obiegową wody o wydajności 450 l/min i tradycyjnym systemem podgrzewania wody?

*Proponowana wydajność pompy jest tylko nieznacznie mniejsza. Różnica podczas użytkowania jest dla użytkownika niezauważalna.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 30)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie zamienne myjnię z grzałkami zlokalizowanymi w komorze mycia?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 31)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie zamienne myjnię bez możliwości monitorowania ciśnienia natrysku wody w ramionach natryskowych?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 34)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z czujnikiem zapchania filtra (pomiar na zasadzie różnicy ciśnień)?

*Jest to rozwiązanie znacznie bardziej dokładne niż proponowane przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 37)**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia myjni wyposażonej w 3 pompy dozujące do płynnych środków chemicznych?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 39)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z dozownikiem soli w komorze (pojemność min. 0,5 kg), z sygnalizacją braku soli i z możliwością ustawienia stopni twardości wody zmiękczonej (w zakresie min. 1-60of – skala francuska)?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 44)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w potrójny system filtrowania roztworu myjącego?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 46)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie o całkowitym poborze mocy 5,6 kW (400 V; 50 Hz)?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 48)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 900 x 630 x 850 mm (SxGxW)?

*Podane wymiary nieznacznie wykraczają poza zakres zaproponowany przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 49, 51, 52, 53, 54, 55)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne wózek do narzędzi okulistycznych o wymiarach zewnętrznych: 535 x 495 x 495 mm (SxGxW), kompatybilny z oferowaną myjnią, z 3 poziomami mycia narzędzi okulistycznych (2 poziomy dolne umożliwiają załadunek 4 tac DIN) oraz mikro narzędzi ze zintegrowanym 1 ramieniem natryskowym i 2 kolektorami na górnym poziomie do podłączenia 20 przyłączy Luer-lock z silikonowymi węzami o długości 400 mm, bez filtra centralnego?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 50)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne wózek czteropoziomowy o pojemności 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485 x 240 – 254 x 50mm zgodnych z normą DIN 58952-3?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 1 Myjnia dezynfektor do narzędzi oftalmologicznych, pkt 65)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności serwisowych?

*Z związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie istnieje możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień składanych za granicą jak i również w transporcie podzespołów/części do Polski.*

**Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 17 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 7)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z ergonomicznym uchwytem do otwierania nieznacznie wystającym poza obrys urządzenia?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 11)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z min. 2 ramionami natryskowymi, które pozwalają zarówno na mycie jak i płukanie (połączony system kanałów)?

*Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze pod względem eksploatacyjnym – redukuje niepotrzebne stosowanie podwójnej ilości ramion (większą niezawodność oraz pojemność komory) oraz pozwala rozbudować system myjący o kolejne ramiona, które są zainstalowane w wózkach wsadonych.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 13)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię bez czujnika drożności odpływu?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 15)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię o pojemności umożliwiającej jednoczesne mycie i dezynfekcję 10 par obuwia?

M.N./M.N.

*Podana wartość jest prawie 2 razy większa od wymaganej przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 23)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z co najmniej 3 czujnikami temperatury, w tym min. 2 czujniki w komorze mycia oraz min. 1 czujnik w bojlerze/zbiorniku do magazynowania wstępnie podgrzanej wody demineralizowanej?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 23)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z pompą obiegową wody o wydajności 450 l/min?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 23 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 31)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z bojlerem o maksymalnej mocy 3 kW?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 24 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 35)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 600 x 630 x 850 mm (SxGxW)?

*Podane wymiary nieznacznie wykraczają poza zakres zaproponowany przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 37)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne myjnię z wózkiem wsadowym umożliwiającą jednoczesne mycie i dezynfekcję 10 par obuwia?

*Podana wartość jest prawie 2 razy większa od wymaganej przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 26 (dot. załącznik nr 6 do SIWZ, cz. 2 Myjnia – dezynfektor obuwia medycznego, pkt 46)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności serwisowych?

*Z związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie istnieje możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień składanych za granicą jak i również w transporcie podzespołów/części do Polski.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/PN/MN/2020 z dnia 24/09/2020r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

M.N./M.N.