



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu *

ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06
e-mail: sekretariat@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147

Poznań, 06.10.2020 r.

ADZP-381-53/20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.10.2020 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: Część nr 3 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej o sile zrywu po starzeniu min. 9N, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2: Część nr 2 i Część nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, ochronnych, nitrylowych bezpydrowych, kształt uniwersalny, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach XS–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, (lub przeliczenie ilości do opakowania 100 sztuk) obustronnie polimeryzowane, mikrotksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości minimalnie: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min. 8 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych).

Rękawice wolne od ftalanów (potwierdzone przez producenta). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu.

Na opakowaniu rękawic fabrycznie oznakowane: zgodność z MDD (Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC Class I) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 & EN 374-4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), ASTM D 6978-05 (lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony), EN ISO 374-5 & ASTM F 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu opakowań adekwatnie do ilości oczekiwanej.

Szpital św. Józefa
ul. Kryśiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 50/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24

Pytanie nr 3: Część nr 3


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych, niejałowych, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach S–XL, w opakowaniu 50 sztuk (z przeliczeniem wymaganych ilości), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość min. 300 mm, grubości minimalne: na palcu 0.40 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 33N, poziom protein lateksu <15µg/g, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 16 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (stosowanie fabryczne oznakowanie opakowania).

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, zgodność z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (lista min 16 substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), ASTM D 6978 (lista min. 15 cytostatyków wraz z czasem ochrony), EN ISO 374-5, ASTM F 1671, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a'50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzyńska

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, +48 61 850 62 295, agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywiewicza 7/8
61-825 Poznań