



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu

ul. Bolesława Kryświewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06
e-mail: sekretariat@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147

Poznań, 06.10.2020 r.

ADZP-381-52/20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

II_Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.10.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa środków opatrunkowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 Zamówienie częściowe nr 4, poz. 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów nie posiadających nitki RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 2-3: Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8: Czy Zamawiający wymaga elastycznego rękawa siatkowego zawierającego w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającego bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5: Zamówienie częściowe nr 6, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Merzena Krzyżanińska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 221, katarzyna.gracz@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Szpital św. Józefa
ul. Kryświewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 56/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24