

Suwałki, dnia 08/12/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262.446/47/PN/AK/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 47/PN/AK/2020

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Zakup aparatów do hemodializ na potrzeby Oddziału Nefrologii w ramach projektu nr: LT-PL-5R-349 pn.: "BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020**

– znak sprawy 47/PN/AK/2020.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**UCZESTNIK 1**

**Uczestnik 1**

**Pytanie dotyczące parametrów technicznych poz. 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z ciągłą elektromagnetyczną kontrolą ultrafiltracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie dotyczące parametrów technicznych poz. 8:**

Czy zamawiający wymaga płynnej regulacji przepływu dializatu w zakresie 300 – 800 ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie dotyczące parametrów technicznych poz. 16:**

Czy Zamawiający wymaga dezynfekcji termicznej w temperaturze nie niższej niż 85 °C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie dotyczące parametrów technicznych poz. 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maszyny z możliwością blokowania dowolnego koła osobno?  
Zablokowanie dwóch kół powoduje unieruchomienie aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Uczestnik 2**

W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ wskazuje wyłącznie jeden produkt co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatów o parametrach jak niżej:

**Ad. 10 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 50 – 600 ml/min,**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Ad. 18 Indywidualny system blokowania kół**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 47/PN/AK/2020 z dnia 30/11/2020r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**