

Suwałki, dnia 15/12/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262. 460/51/PN/MN/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 44/PN/MN/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych na potrzebę wyposażenia sali pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii w ramach projektu nr: LT-PL-5R-341 pn.: "Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytania do Łóżko z szafką i materacem – 13 kompletów

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 215 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści blaty szafki – główny i boczny wykonane z ABSu w kolorze do uzgodnienia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę z białym białym z płyty HPL o wymiarach 550x320mm z regulowaną wysokością sprężyną gazową w zakresie 780 -1180mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę która posiada fronty szuflad z HPL w kolorze do uzgodnienia oraz zamiast szafki dolnej – dolną szufladę -kontenerkę z wyjmowanym wkładem tworzywowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytania do Łóżko z szafką i materacem – 4 komplety

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 215 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści blaty szafki – główny i boczny wykonane z ABSu w kolorze do uzgodnienia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę z białym białym z płyty HPL o wymiarach 550x320mm z regulowaną wysokością sprężyną gazową w zakresie 780 -1180mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę która posiada fronty szuflad z HPL w kolorze do uzgodnienia oraz zamiast szafki dolnej – dolną szufladę -kontenerkę z wyjmowanym wkładem tworzywowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Uczestnik 2

Łóżko z szafką i materacem- 13 kompletów

Pytanie 1 Punkt 3 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2270 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 Punkt 4 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 1980 x 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Punkt 5 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o wymiarach 50x25mm, pokrytych lakierem proszkowym (1 kolor do wyboru, tj. biały)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 Punkt 7 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z ruchomymi segmentami leża wypełnionymi płytami HPL o grubości 6 mm, łatwo zmywalnymi?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 Punkt 9 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70° i segmentu uda w zakresie do 40° , elektryczna za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia regulowany ręcznie za pomocą systemu zapadkowego w zakresie 0-28° , funkcja autokontur. Możliwość zablokowania na pilocie funkcji łóżka. Pilot nie jest wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy silowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 Punkt 10 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacje elektryczne dokonywane za pomocą 4 oddzielnych silowników (dwa w leżu oraz dwa w podstawie) oraz pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Punkt 11 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy 150 mm z indywidualną blokadą kół ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 Punkt 12 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi w technologii rozdmuchu, odedymalnymi , w jednej dostępnej kolorystyce?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 Punkt 13 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe o średnicy fi 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 Punkt 15 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



Pytanie 11 Punkt 20 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Punkt 21 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm i szerokością przy rozłożonym blacie 1210 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Punkt 22 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 390 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 14 Punkt 24 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną, która wyposażona jest w 1 szufladę o wysokości 110 mm oraz jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 405 x 355 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 Punkt 25 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której między szufladą i komorą wolną przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 180 mm. Dostęp do wolnej przestrzeni z dwóch stron szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 Punkt 31 tabeli:

M.N./M.N.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której blat górny i boczny wykonane są z tworzywa ABS bez możliwości wyboru kolorystyki blatów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ


Pytanie 17 Punkt 32 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat boczny wykonany jest z tworzywa ABS, o wymiarach 580 x 340mm, z regulowaną wysokością sprężyną gazową w zakresie 760- 1060 mm oraz z możliwością kąta pochylenia, blat składany do boku szafki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 18 Punkt 33 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której drzwi szafki i szuflady malowane są wg. poniższej kolorystyki do wyboru:



Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Łóżko z szafką i materacem- 4 komplety

Pytanie 19 Punkt 4 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym segmenty leża wykonane są z płyt HPL, łatwo odejmowalnych bez użycia narzędzi co wpływa na jakość czyszczenia i dezynfekcji łóżka, o grubości 6 mm, bez uchwytów materaca w sekcji oparcia pleców i nóg?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 20 Punkt 8 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2270mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 21 Punkt 9 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi 990 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 22 Punkt 10 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 1980 x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 Punkt 12 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 0-70° za pomocą pilota przewodowego i panelu centralnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 Punkt 17 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją autoregresji części plecowej 120 mm oraz części udowej 45 mm?

M.N./M.N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 Punkt 23 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez listew ze stali nierdzewnej? 4 tworzywowe haczyki do zawieszania worków na mocz i innych znajdują się z obu stron łóżka.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 26 Punkt 26 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada przykrycia podwozia z tworzywa ABS?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 27 Punkt 27 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wykonanymi w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane. Od strony nóg pacjenta szczyt z możliwością blokady, bez informacji o zablokowaniu/ odblokowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 Punkt 28 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



Pytanie 29 Punkt 32 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 860 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 30 Punkt 33 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm i szerokością przy rozłożonym blacie 1210 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 Punkt 34 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 390 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 32 Punkt 36 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną, która wyposażona jest w 1 szufladę o wysokości 110 mm oraz jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 405 x 355 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 33 Punkt 37 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której między szufladą i komorą wolną przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 180 mm . Dostęp do wolnej przestrzeni z dwóch stron szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 Punkt 31 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową , w której blat górny i boczny wykonane są z tworzywa ABS bez możliwości wyboru kolorystyki blatów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ


Pytanie 35 Punkt 44 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat boczny wykonany jest z tworzywa ABS, o wymiarach 580 x 340mm, z regulowaną wysokością sprężyną gazową w zakresie 760- 1060 mm oraz z możliwością kąta pochylenia, blat składany do boku szafki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 36 Punkt 45 tabeli:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której drzwi szafki i szuflady malowane są wg. poniższej kolorystyki do wyboru:



Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Uczestnik 3

Łóżko z szafką i materacem – 13 kompletów

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1900x900 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

M.N./M.N.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję leża w jednym kolorze?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy w rozumieniu punktu 7 Zamawiający dopuści ruchome segmenty leża wypełnione płytami metalowymi łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 365-655mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści 4 punkty podparcia leża?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści regulację podudzia 15 stopni?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści pilot bez możliwości blokady funkcji łóżka?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pilot bez wskaźnika pracy silowników?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy w rozumieniu opisu poręczy bocznych Zamawiający dopuści aluminiowe poręcze boczne o długości 1480mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostosowania łóżek do montażu protektorów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 170 kg?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści wysokość, szerokość i głębokość szafki odpowiednio 800, 600, 400 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 23 Zamawiający dopuści konstrukcję szafki na profilach aluminiowych wykonaną z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe uchwyty w szafce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający odstąpi od wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory szafki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 300x450 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego bez udziału sprężyny gazowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750-950 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści blat boczny bez możliwości pochylenia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Łóżko z szafką i materacem 4 komplety

Pytanie 23

Czy w rozumieniu punktu 4 Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione płytami metalowymi łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uchwytów materaca w sekcji oparcia pleców i nóg?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 990 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści długość leża 1885 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 500-760 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację części udowej do 35 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści regulację części lędźkowej do 15 stopni?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych na poziomie 12 stopni?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu autoregresji części udowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści autoregresję części plecowej 100 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści stopniową możliwość przedłużania leża?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści haczyki do zawieszania worków urologicznych po każdej stronie łóżka bez listew ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie łóżka 170 kg?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający odstąpi od przykrycia podwozia z tworzywa ABS?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści wysokość barierek bocznych 380 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu barierek bocznych w punkcie 28 dopuści bardziej ergonomiczne rozwiązanie w postaci dzielonych barierek bocznych wykonanych z tworzywa lepiej zabezpieczających pacjenta w łóżku?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści wysokość, szerokość i głębokość szafki odpowiednio 800, 600, 400 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 35 Zamawiający dopuści konstrukcję szafki na profilach aluminiowych wykonaną z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe uchwyty w szafce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Czy Zamawiający odstąpi od wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory szafki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 300x450 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego bez udziału sprężyny gazowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750-950 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści blat boczny bez możliwości pochylenia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Uczestnik 4

Dotyczy: Łóżko z szafką i materacem – 13 kompletów

Łóżko

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 870 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o wymiarach 4 x 2.5 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi łatwo odejmowanymi panelami tworzywowymi z polipropylenu. Łatwe w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380 – 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi dokonywanymi za pomocą czterech siłowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe o średnicy 74 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi z profili owalnych 40 x 20mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o długości 1475 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą ochrony: I typ B?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Szafka

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o szerokości 620 mm oraz szerokości przy rozłożonym blacie 1401 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o głębokości 460 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladą o wysokości 90 mm i komorą zamykaną drzwiczkami o wymiarach 335 x 325 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wolną przestrzenią między szufladą a komorą o wysokości 110 mm z dostępem z każdej strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladą na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez półki wewnątrz zamykanej komory?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z relingiem wyposażonym w dwa metalowe haczyki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 mm z regulowaną wysokością w zakresie 800 – 1200 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Łóżko z szafką i materacem – 4 komplety

Łóżko**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi łatwo odejmowanymi panelami tworzywowymi z polipropylenu. Łatwe w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wyłączenia funkcji elektrycznych po 30 sekundach od ostatniego ruchu łóżkiem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 9 cm oraz bez autoregresji części udowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża blokowanym za pomocą zatrzasków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko z aluminiowymi listwami na wyposażenie dodatkowe?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez możliwości ich zablokowania?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami składającymi się z 3 profili poziomych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Szafka

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o szerokości 620 mm oraz szerokości przy rozłożonym blacie 1401 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o głębokości 460 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladą o wysokości 90 mm i komorą zamykaną drzwiczkami o wymiarach 335 x 325 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wolną przestrzenią między szufladą a komorą o wysokości 110 mm z dostępem z każdej strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladą na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez półki wewnątrz zamykanej komory?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z relingiem wyposażonym w dwa metalowe haczyki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 mm z regulowaną wysokością w zakresie 800 – 1200 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

W związku z udzielanymi odpowiedziami i modyfikacjami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 23/12/2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 23/12/2020r. godz. 13:00

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 51/PN/MN/2020 z dnia 08/12/2020r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach