



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/86/D/N/E/2020/2020

Limanowa dnia: 2020-12-21

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 3**

Informujemy, iż w dniu 2020-12-17 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych,

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1 Pakiet 7 Poz.1.4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7x32mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 Pakiet 7 Poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 50 mm, z otworem centralnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego. sterylizacje tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Pakiet 13

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 Pakiet 14 Poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii poliuretanowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 14 Poz.1.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach:

* Powierzchnia lepna 30x28cm powierzchnia całkowita 28x38,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 Pakiet 14 Poz.1.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach:

* Powierzchnia lepna 40x42cm powierzchnia całkowita 40x50,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 Pakiet 14 Poz.1.3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach:

* Powierzchnia lepna 56x80cm powierzchnia całkowita 56x88,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna