

Suwałki, dnia 15/01/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.15/53/PN/WU/2020

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 53/PN/WU/2020**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

**Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne " dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**Uczestnik 1**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta posiadający zakres dynamiki systemu 256 dB? Różnica 4 dB nie ma wpływu na jakość uzyskiwanych obrazów. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z regulacją wysokości panelu sterowania 18cm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z systemem archiwizacji z możliwością zapisu w formatach AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, Dicom?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 18 \_\_\_\_**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w zewnętrzny napęd CD/DVD?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 19**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w budowaną baterię pozwalającą na 0,5 godziny pracy aparatu przy utracie zasilania lub w zewnętrzny, zintegrowany z aparatem UPS pozwalający na 2 godziny pracy aparatu przy utracie zasilania?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 31**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE 8x przy czym zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym wynosi 45X?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 32**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta który ma możliwość porównywania 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 39**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z obrazowaniem trapezowym + 12 stopni?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 45**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta w którym tryb Spektralny Doppler pulsacyjny (PWD) z HPRF ma 2 częstotliwości dla każdej głowicy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 46**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 7,36 m/s przy zerowym kącie bramki?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 54**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) w trybie TRIPLEX 7,36 m/s przy zerowym kącie bramki?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 55 \_\_\_\_**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta w którym tryb Doppler Kolorowy (CD) ma 2 częstotliwości dla każdej głowicy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 58**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta w którym tryb Doppler Kolorowy (CD) ma 12 map kolorów?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 64**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z 8 parami kursorów pomiarowych?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 67 i 68**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę kardiologiczną typu Phased Array (sektorową) z zakresem pracy przetwornika 2 – 4 MHz posiadającej 80 elementów?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 70**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową do badań naczyniowych wykonanej w klasycznej technologii?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 71**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową do badań naczyniowych z zakresem pracy przetwornika 2 – 9 MHz?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 72**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową do badań naczyniowych posiadającą 192 elementy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 73**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową do badań naczyniowych w której FOV wynosi 44,16 mm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 76**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową wysokoczęstotliwościową wykonanej w klasycznej technologii? \_\_\_\_

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 77 i 78**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta wyposażony w sondę liniową wysokoczęstotliwościową wykonanej w klasycznej technologii z zakresem pracy przetwornika 3,0 – 16,0 MHz posiadającą 192 elementy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 84**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości do 60 cm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 85**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowice liniową do badań małych narządów z zakresem częstotliwości pracy w trybie 2D 3,0 – 14 MHz z liczbą elementów 256, FOV szerokość 50 mm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 86**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowice laparoskopową?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 89**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy zał. nr 6 – Parametry techniczne, pkt 90**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowice urologiczną dwupłaszczyznową?

**Odpowiedź: Tak**

## Uczestnik 2

### Pytanie nr 1

#### **Dotyczy zapisów SIWZ, Rozdział VII. SIWZ Część B 6.2.:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wyłącznie parametrów technicznych, natomiast w przypadku zapisów serwisowych, gwarancyjnych, daty produkcji aparatu itp. Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie Wykonawcy, zawarte w tabeli parametrów technicznych (Załącznik nr 6 do SIWZ) poprzez oświadczenie słowem „tak” i/lub opisaniem – stosownie do wymagania.

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie nr 2

#### **Dotyczy zapisów SIWZ**

Ze względu na krótki termin składania ofert oraz aktualną sytuację epidemiczną, uprzejmie prosimy o umożliwienie złożenia oferty w sposób elektroniczny. Należy podkreślić, że zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych wskazane jest umożliwienie elektronicznego obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego składania ofert.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, zwracamy się również z prośbą o możliwość złożenia wadium w postaci elektronicznej (dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie nr 3

#### **Dotyczy § 1 ust. 17 Załącznika nr 2 do SIWZ Wzór Umowy oraz pozostałych, których dotyczy:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Tego typu zabezpieczenie, każdy z potencjalnych Wykonawców będzie musiał wkalkulować w cenę oferty, co znacznie podwyższy jej wartość finalną. 2

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie nr 4

#### **Dotyczy § 1 ust. 17 Załącznika nr 2 do SIWZ Wzór Umowy, pkt. 96 i 97 Załącznika nr 6 do SIWZ oraz pozostałych, których dotyczy:**

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie i uściślenie § 1 ust. 17 Załącznika nr 2 do SIWZ o zapisy zawarte w pkt. 96 i 97 Załącznika nr 6 do SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 17 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca zapewni aparat zastępczy, umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, t.j. przjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 3 dni robocze lub dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”*

### Pytanie nr 5

#### **Dotyczy § 1 ust. 20 Załącznika nr 2 do SIWZ Wzór Umowy:**

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie raportu serwisowego?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie nr 6

#### **Dotyczy § 2 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ Wzór Umowy:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie opisanego tamże terminu do 7 dni roboczych. Jest to termin powszechnie stosowany w postępowaniach o zbliżonym zakresie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 7

#### **Dotyczy § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ Wzór Umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy pkt. 83 i 87 Załącznika nr 6 do SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie te punkty jako możliwości rozbudowy aparatu.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pkt. 92 i 99 Załącznika nr 6 do SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dołączenia opisanych tamże dokumentów wraz z dostawą aparatu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pkt. 95 Załącznika nr 6 do SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli godziny robocze.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza**

**Uczestnik 3**

**1. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający klawiaturę alfanumeryczną z przyciskami funkcyjnymi wyświetlaną na ekranie dotykowym którego wielkość wynosi 12" bez dodatkowej klawiatury wysuwanej spod pulpitu aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**2. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 16**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny wyposażony w system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach: JPG, AVI, Dicom?

**Odpowiedź: Tak**

**3. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 27**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny wyposażony zewnętrzny zasilacz UPS, umożliwiający 2 godziny pracy aparatu przy utracie zasilania lub aparat wyposażony w wbudowane fabryczne zasilanie akumulatorowe pozwalające na uśpienie aparatu po utracie zasilania na czas 40 minut i ponowne uruchomienie w czasie do 20 sek po wznowieniu zasilania?

**Odpowiedź: Tak**

**4. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 31**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z 16-stopniowym zakresem bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE?

Zwracamy uwagę na fakt, iż podczas badań korzysta się maksymalnie z powiększeń do 8x ponieważ wyższe powiększenia powodują zniekształcenia obrazu, im wyższe powiększenie obraz staje się mniej diagnostyczny.

**Odpowiedź: Tak**

**5. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 32**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z opcją porównywania 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z możliwością szybkiego, podręcznego przełączania się pomiędzy większą liczbą obrazów do porównań?

**Odpowiedź: Tak**

**6. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 39 i 40**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z obrazowaniem trapezowym 20 stopni bez obrazowania rombowego? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**7. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 45 i 46**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny z trybem spektralnym doppler pulsacyjny (PWD) z HPRF z 2 częstotliwości dla każdej głowicy oraz zakresem prędkości dopplera pulsacyjnego (PWD) 10 m/s przy zerowym kącie bramki? Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. W praktyce nie korzysta się takich wartości dla PWD. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**8. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 54**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z zakresem prędkości Doppler Pulsacyjnej (PWD) w trybie TRIPLEX 6 m/s przy zerowym kącie?

Zwracamy uwagę na fakt iż podczas badań z zakresem pomiarów prędkości przepływu powyżej 10 m/s korzysta się z trybu pracy Doppler Ciągły CWD.

Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert

**Odpowiedź: Tak**

**9. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 55, 56, 57, 58**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny z Trybem Doppler Kolorowy (CD) z 2 częstotliwościami dla każdej głowicy, prędkością odświeżania dla CD 227 klatek/s, z regulacją uchylności pola dopplera kolorowego  $\pm 20^\circ$  i ilością do 8 map kolorów?

Powyższe wartości są całkowicie wystarczające dla badań ultrasonograficznych i pozwalają na uzyskanie obrazu doskonałej jakości na każdej głębokości obrazu, przy każdym rodzaju tkanki? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**10. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 59**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z optymalizacją zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego polegająca na automatycznym dostosowywaniu położenia i kąta ramki CD?

**Odpowiedź: Tak**

**11. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 64**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z liczbą par kursorów pomiarowych 8?

**Odpowiedź: Tak**

**12. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 70**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający głowicą liniową do badań naczyniowych o następujących parametrach:

- Zakres częstotliwości pracy przetwornika 3,0 MHz – 12,0 MHz

- Głowica wykonana w technologii szerokopasmowej gdzie dla uzyskania obrazu o najlepszej jakości i rozdzielczości korzysta się jednocześnie ze wszystkich dostępnych dla tej głowicy częstotliwości pracy, co zapewnia jednakową rozdzielczość obrazowania na różnych głębokościach penetracji

- Liczba elementów – 320

- Szerokość pola skanowania - 38 mm

- Praca w trybie II harmonicznej

- Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego  $\pm 20^\circ$

**Odpowiedź: Tak**

**13. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 79**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający głowicą liniową wysokoczęstotliwościową wykonaną w technologii matrycowej o polu widzenia 50 mm?

**Odpowiedź: Tak**

**14. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 84**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów 60 cm?

Zwracamy uwagę na fakt, iż wartość podana przez Zamawiającego w powyższym punkcie tj. min. 100 cm dla obrazowania panoramicznego nie jest możliwa do osiągnięcia w normalnych warunkach badania ultrasonograficznego. W praktyce podczas pracy z obrazowaniem panoramicznym nie korzysta się z tak długich odcinków, jest to wręcz nie możliwe do osiągnięcia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne 60 cm co jest całkowicie wystarczającą wartością. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**15. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 85**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów z FOV szerokości 50 mm?

Zwracamy uwagę na fakt, iż różnica między wymogiem opisanym przez Zamawiającego a szerokością pola skanowania oferowanej sondy wynosi tylko 7mm, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**16. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 86**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z możliwością rozbudowy o głowice śródoperacyjne bez możliwości rozbudowy o głowice laparoskopową?

Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**17. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 88**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzelykową z zakresem częstotliwości 2 – 7 MHz, ilości elementów 2500?

Zwracamy uwagę na fakt, iż różnica między wymogiem opisanym przez Zamawiającego a częstotliwością pracy oferowanej sondy wynosi tylko 0,5 MHz w górnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Dopuszczenie wyżej opisanej technologii pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**18. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 89**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni?

Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Tak**

**19. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 90**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę urologiczną dwupłaszczyznową typu end-fire?

**Odpowiedź: Tak**

**20. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, formularz asortymentowo cenowy**

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość**

**21. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ**

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**22. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ**

Czy z uwagi na niemożliwość do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**23. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**24. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ,**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**25. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ:**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 53/PN/WU/2020 z dnia 28/12/2020r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**