

Gdynia dnia: 2021-02-15

Pismo: CRZP/1/2021/AZP

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie"** – znak sprawy CRZP/1/2021/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1


1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sensora elektrolitycznego zamiast sensora punktu rosy? Sensor elektrolityczny posiada zakres 0,030 - 1,000 aw i nie podaje wyników podwyższonych w wypadku obecności substancji lotnych w próbkach, przy dokładności 0,003 aw i rozdzielczości 0,0001 aw.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperaturowy 0-60 st. C sterowany elementami Peltiera?

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sensora elektrolitycznego zamiast sensora punktu rosy.

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych  
Główny Specjalista



Anita Brunowicz