



Poznań, 19.03.2021 r.

ADZP-381-08/21

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na wyjaśnienia w sprawie SWZ oraz zawiadomienie o modyfikacja

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji**, w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych, endoskopów"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 2 poz. 8 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: "Ustępy: od 1 do 5 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 3, poz. 7- Ze względu na fakt, iż pompki do opisanego w w/w pozycji preparatu posiadają inną stawkę VAT niż preparat, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pompek i utworzenie oddzielnej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, w danej pozycji jeżeli występują różne stawki vat należy je tylko wskazać w kolumnie.

Pytanie nr 4: Pakiet nr 3, poz. 1- W związku wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Aniosyme XL 3 neutralnego enzymatycznego preparatu do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją zawierającego w składzie kompleks tróenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) oraz QAV. Możliwość mycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania : B, F (Candida albicans.), V(HIV, HBV, HCV), Herpeswirus w stężeniu 0,5 % - 5 min, Tbc 0,5% w 60 min oraz 2% w 60 min. Wyrób Medyczny klasy IIb. Opakowanie 1 L z dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. preparatu.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 3, poz. 2. W związku wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Aniosyme XL 3 neutralnego enzymatycznego preparatu do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją zawierającego w składzie kompleks tróenzymatyczny (proteaza,

lipaza, amylaza) oraz QAV. Możliwość mycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania : B, F (Candida albicans.), V(HIV, HBV,HCV), Herpeswirus w stężeniu 0,5 % - 5 min, Tbc 0,5% w 60 min oraz 2% w 60 min. Wyrób Medyczny klasy IIb. Opakowanie 5 L z pompką dozującą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. preparatu.

Pytanie nr 6: Dot. zapisów rozdziału XI SIWZ - W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale 21.2 zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący:

Termin dostawy:

5 dni roboczych – 0 pkt.

4 dni robocze – 20 pkt.

3 dni robocze – 40 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Dot. wzoru umowy §1 ust. 4 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący: „Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danej części po akceptacji obu stron, przy zachowaniu maksymalnej wartości danej części, co nie będzie stanowiło zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji.

Pytanie nr 7: Dot. wzoru umowy §2 ust. 3 - W związku z panującą z sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków bezpieczeństwa obecnie stosowanych przez całe społeczeństwo prosimy usunięcie zapisów we wzorze umowy dotyczących wniesienia towaru do miejsc wskazanego przez pracownika apteki. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób realizujących bezpośrednie dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8: Dot. wzoru umowy §5 pkt. 4 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący: „4) w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 2, 3 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając różnicą kosztów zakupu Wykonawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9- Pakiet 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający m.in. kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy i amylazy), N,N-didecylo-N-metylopoli (oksyetylo) propionian amonowy (DMPAP) o lekko zasadowym pH? Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. Preparat posiada doskonałe właściwości myjące,

w ten sposób zabezpieczając narzędzia przed utwaleniem zanieczyszczeń i przed powstawaniem biofilmu. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 1L i 5L z pompką dozującą 25 ml. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. preparatu.

Pytanie nr 10 - do zadania częściowego nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, Tbc, F i V w tym Adeno, Polio i Noro - w czasie do 15 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Preparat posiadający badanie braku efektu korozji zgodnie z normą TS 6773 Potwierdzona badaniami producenta skuteczność usuwania biofilmu, opakowanie butelka 2L z dołączoną miarką z przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11- do zadania częściowego nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, Tbc, F i V w tym Adeno, Polio i Noro - w czasie do 15 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Preparat posiadający badanie braku efektu korozji zgodnie z normą TS 6773 Potwierdzona badaniami producenta skuteczność usuwania biofilmu, opakowanie kanister 5 litrów z pompką dozującą 25 ml. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 do zadania częściowego nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (Adeno, Polio, Noro), S (B. cereus C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: generowany kwas nadoctowy powstały w wyniku aktywacji nadtlenu wodoru - brak zawartości kwasu octowego, pH: 7-9. Aktywność preparatu do 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 10 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opak. 5l ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13: do zadania częściowego nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowane w opakowaniach a 25 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14: Poz. 1 i poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu zawierającego propionian, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy), spektrum działania B, F, V - 10 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc, o potwierdzonej skuteczności usuwania biofilmu i korozji wżerowej zgodnie z NF S94-402-1, spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15: Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu na bazie kwasu nadoctowego, który nie jest uzyskiwany z acetylokoprolaktamu, a buforowany poprzez dodanie neutralizatora, dzięki temu utworzona mieszanina ma stabilne pH i jest od razu gotowa do użycia? Oferowany preparat jest bardziej ekonomiczny niż opisany w SWZ, ponieważ zachowuje aktywność bójczą do 15 dni i spełnia wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia. Opakowanie kanister 5L, w tym wbudowany neutralizator.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16: Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje preparatu o skuteczności sporobójczej potwierdzonej zgodnie z jedynie obowiązującą normą europejską dotyczącą działania sporobójczego w obszarze medycznym tj. EN 17126, w wymaganym czasie 5 min?

Odpowiedź: Oczekuje preparatu o skuteczności sporobójczej potwierdzonej z normą europejską dotyczącą działania sporobójczego EN17126 w czasie 5 min.

Pytanie nr 17: Poz. 3 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu nie wymagającego czasu aktywacji przed użyciem ?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na otrzymanie preparatu nie wymagającego czasu aktywacji przed użyciem.

Pytanie nr 18: Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych do preparatu z poz. 3 konfekcjonowanych w tuby po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19: Pytania do umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

Na podstawie art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie ogłoszenia któregoś z w/w stanów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę §13 ust. 9 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej:SWZ) poprzez modyfikację SWZ w pkt. 16.1, 18, 19.1 oraz modyfikację następującego dokumentu:

- załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska +48 61 850 62 295, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl