



**SZPITAL POWIATOWY**  
w Limanowej  
**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: [zampub@szpitallimanowa.pl](mailto:zampub@szpitallimanowa.pl)

Limanowa dnia: 2021-03-23

Pismo: NZ/04/D/P/AC/2021/50/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Dostawy : akcesoria do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń ujęte w 5 zadaniach asortymentowych”** – znak sprawy **NZ/04/D/P/AC/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści do zaoferowania nożyczki bipolarne proste dł. 340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zestaw nr 2**

**Zadanie nr 1 – Akcesoria do elektrochirurgii Punkt**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia aktywna 110 cm<sup>2</sup>, wymiary 176 x 122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pokryte hydrożelem, z systemem eliminującym zjawisko koncentracji prądu wysokiej częstotliwości w jednym punkcie elektrody, nie zawierające lateksu, opakowanie 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Punkt 4.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lancet prosty o długości części pracującej 120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Punkt 4.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania półpętli średnica 15mm, o długości roboczej 120 mm? Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę laparoskopową szpatuła, dł.360mm, średnica 5mm, końcówka pracująca 3 x 9mm, z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA