

**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożegoul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/14/D/N/E/2021/45/2021

Limanowa dnia: 2021-03-24

Wszyscy zainteresowani!

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawy sprzętu medycznego ujęte w 4 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy NZ/14/D/N/E/2021.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr.3 - Konsola zbiorcza monitorowania IT nr. II

Czy Zamawiający oczekuje przewodowego połączenia kardiomonitorów z centralą monitorującą LAN czy bez-przewodowego za pomocą WIFI?

Jeżeli komunikacja kardiomonitorów z centralą zbiorczą ma być za pomocą LAN czy Zamawiający posiada odpowiednie okablowanie LAN czy Oferent ma wliczyć stworzenie infrastruktury?

Połączenie kardiomonitorów z centralą za pomocą LAN jest rekomendowane ponieważ jest mniej narażone na zakłócenia urządzeń zewnętrznych znajdujących się w szpitalu, budowa szpitala nie wpływa na poziom sygnału w porównaniu do łączności WIFI oraz nie powoduje przerwania przekazywanych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje połączenia kardiomonitorów z centralą LAN, zamawiający zapewni odpowiednie okablowanie