

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne, 65 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 415 mm nad poziomem leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 0° - 16° i anty-Trendelenburgiem 0°-16° ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 Zestaw mebli pacjenta 65 szt.

Pytanie nr 3 dotyczy Krzesła na metalowej ramie z polipropylenowym kubelkiem ze zintegrowanymi podłokietnikami

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło o głębokości siedziska 430 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy krzesło plastikowe na stelażu metalowym bez podłokietników

Czy Zamawiający dopuści krzesło o wolnej przestrzeni między siedziskiem a oparciem wynoszącym 120 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 Łóżka endoskopowe 5 szt.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2185 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 47-79 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0°-45 °?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5 Fotele i krzesła do badań specjalistycznych

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści Fotel laryngologiczny 6 szt o parametrach:

Wysokość oparcia fotela 63 cm oraz zagłówkę z regulacją kąta nachylenia z możliwością blokady w 3 pozycjach, bez regulacji wysokości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Fotelu specjalnym pielęgnacyjnym 4 szt w pkt. „koła skrętne o średnicy min 125° z hamulcem centralnym” miał na myśli koła skrętne o średnicy min 125 mm z hamulcem centralnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści Fotel zabiegowy multifunkcyjny 2 szt z regulacją wysokości fotela w zakresie 61-86 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Fotel z regulacją hydrauliczną 2 szt oraz Fotel z regulacją elektryczną 2 szt wyposażony w zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 °-40 °?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania Deklaracji Zgodności oraz certyfikatów CE w pakiecie nr 2 „Zestaw Mebli sal”. Wymieniona grupa asortymentu nie podlega znakowaniu oraz nadawaniu oznaczenia CE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

W imieniu Zamawiającego:

