



Gdynia dnia: 2021-04-26

Pismo: CRZP/36/2021/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa spektrometru emisyjnego z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)"** – znak sprawy **CRZP/36/2021/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza Państwo spektrometr posiadający 4-kanalową pompę perystaltyczną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania spektrometru z 4-kanalową pompą perystaltyczną i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ

Wbudowana 5-kanalowa pompa perystaltyczna jest niezbędna do pracy z uniwersalnym układem wprowadzania próbki do pracy w technice klasycznej i wodorkowej w tym samym czasie w trakcie jednej analizy. Umożliwia ona podawanie próbki (do metody wodorkowej i bezpośredniej), odprowadzanie ścieków, dodatek wzorca wewnętrznego oraz dodawanie różnych odczynników redukujących on-line w trakcie trwania analizy próbki.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół
ds. Zamówień Publicznych

Specjalista
Anna Osiecka