

Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110
31-155 KRAKÓW

Przedmiot zamówienia: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego:**

Pytania:

1. Pozycja nr 17.

Czy w tej pozycji zamawiający pyta o dodatkowy o-ring do eksykatora poza tym, który jest w zestawie z eksykatorem?

2. Pozycja nr 18.

Czy w tej pozycji zamawiający dopuszcza żel krzemionkowy o 2-5 mm zamiast 2-10mm?

3. Pozycja nr 51.

Czy w tej pozycji zamawiający pyta o lejek z porcelany czy tworzywa?

4. Pozycja nr 59.

Czy w tej pozycji zamawiający dopuszcza rozdzielacz z kranem teflonowym?

Odpowiedzi na pytania:

1. Pozycja 17, Tak
2. Pozycja 18, Tak
3. Pozycja 51, Porcelanowy
4. Pozycja 59, Nie