

Suwałki, dnia 26/04/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262. 175/14/PN/WU/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 14/PN/WU/2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:  
**Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** – znak sprawy 14/PN/WU/2021.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

**Uczestnik 1**

Zadanie nr 5-Zestaw do wertebroplastyki

Czy Zamawiający dopuści:

1. Cement akrylowy o niskiej, średniej i wysokiej lepkości oraz wysokiej kontrastowości

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

2. Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem sterelnego urządzenia mieszającego -podające pozwalające na mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku a następnie podawanie ich dokanalowo. Wkład podający oraz rurka przedłużająca w zestawie. Ilość podawanego cementu/ 0,44cc przy obrocie 360 stopni/

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

3. Igły przeznaczane o śred. 8G,10G,11G i 13 G, –Dowyooboru przez operatora; ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

4. Igła biopsyjna średnica 8G; 11G;13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 3 ml do aspiracji. Zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylno

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Uczestnik 2**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny reklamowanego towaru

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. §3 ust. 8 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia mu reklamowanego asortymentu; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad Wykonawca dostarczy w terminach 3 dni roboczych”*

2. Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 3, oraz §6 ust. 4 że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść §4 ust.3 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„ Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie dostarczy towarów spełniających wymóg dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.”*

§6 ust. 4 –zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający w §3 ust. 6 umowy oraz w §2 ust. 6 umowy depozytu odstąpi od wymogu podawania dat ważności dla wyrobów dla których nie został postawiony wymóg sterylności? Wyroby niesterylne nie mają podawanych dat ważności.

**Odpowiedź:** Tak

4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

a. Ust. 1 z 0,5% na 0,2% wartości niedostarczonego towaru,

b. Ust. 2 z 0,5% na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

### Uczestnik 3

1. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej w rozmiarach zapewniających kompatybilność z gwoździem elastycznym?

**Odpowiedź:** Tak

2. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części dalszej wkrętami Ø 4,5 – 6,5 mm lub zestawem blokującym z gniazdem sześciokątnym?

**Odpowiedź:** Tak

3. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do gwoździa Ø 3,5; 4,5 i 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym?

**Odpowiedź:** Tak

4. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących doszyjkowych Ø 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym?

**Odpowiedź:** Tak

5. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym?

**Odpowiedź:** Tak

6. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących dalszych Ø 5,0 mm?]

**Odpowiedź:** Tak

7. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 25, 40, 46** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym?

**Odpowiedź:** Tak

8. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 29, 30** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokowane z gwintem stożkowym?

**Odpowiedź:** Tak

9. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 37** dopuści możliwość zaoferowania płytki bez kolca na zakończeniu płytki?

**Odpowiedź:**

10. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 38** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym?

**Odpowiedź:** Tak

11. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 39** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających w części trzonowej od 4 do 9 otworów?

**Odpowiedź:** Tak

12. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 41** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych?

**Odpowiedź:** Tak

13. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 45** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym?

**Odpowiedź:** Tak

14. Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 54** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych kompresyjnych Ø 2,4/3,3 mm, Ø 3,0/3,5 mm, Ø 3,0/3,9 mm, Ø 4,5/5,0 mm?

**Odpowiedź:** Tak

#### Uczestnik 4

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść §5 ust.1 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„ Zapłata realizowana będzie na rachunek bankowy nr: ..... w terminie **60 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez Wykonawcę. . Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji dostarczonego towaru oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres: [faktury@szpital.suwalki.pl](mailto:faktury@szpital.suwalki.pl)”*

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 i 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 2 ust. 2 umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieterminowej lub niezrealizowanej części dostawy**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 8 umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części towaru**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1-2), których wzory przesyłamy w załączeniu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) ; <https://e-propublico.pl> Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji warunków zamówienia znak: 17/PN/WU/2021 z dnia 27/04/2021r.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora**

d/s. Lecznictwa

*Szpitala Wojewódzkiego*

*m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach*

**Włodzimierz Zaworonok**