



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-05-31

Pismo: NZ/28/D/N/AC/2021/91/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ” **Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 4 zadaniach asortymentowych**” – znak sprawy NZ/28/D/N/AC/2021.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu siatek półwchłaniających złożonych z kopolimeru Poly(glikolid-co-kaprolakton, 75/25), o okresie wchłaniania 90-110 dni, gramatura przed wchłonięciem: 60-90 g/m² (zawartość polipropylenu 25-30 g/ m²); wielkość porów wynosi 1,5mm- 3,5mm, grubość nici: 0,50mm +/- 0,05?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - Zadanie nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 3 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających złożonych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłaniająca), o gramaturze 28g/m², o czasie wchłaniania 90-120 dni, wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm, rozmiary zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 - Dotyczy projektu umowy §6 ust 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie angielskiej nazwy towaru ?

Odpowiedź: Tak

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 - Staplery liniowe - Poz. 1

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy, bez noża, sterylny, dwurzędowy, w rozmiarach 30 mm i 60 mm i 90 mm z automatyczną regulacją i kontrolą docisku, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm; zamkniętej 1,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8; zamkniętej 2,0 mm, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty; półzamknięty; zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), możliwość 7-krotnego przeładowania i 8-krotnego wystrzału staplera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem 60 mm, wbudowanym w ładunek, przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2,0 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu i przyjmujących po zamknięciu kształt litery "B", o długości linii szwu 65,1 mm. Do 8 wystrzałów podczas jednego zabiegu. Stapler załadowany ładunkiem. Ładunek wyposażony w nóż z osłoną ostrza i blokadą bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Poz. 2a

Czy Zamawiający w poz. 2a dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 60 mm, kompatybilny ze staplerem z pozycji 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem 80 mm, wbudowanym w ładunek, przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2,0 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych z tytanu i przyjmujących po zamknięciu kształt litery "B", o długości linii szwu 85,1 mm. Do 8 wystrzałów podczas jednego zabiegu. Stapler załadowany ładunkiem. Ładunek wyposażony w nóż z osłoną ostrza i blokadą bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Poz. 3a

Czy Zamawiający w poz. 3a dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, kompatybilny ze staplerem z pozycji 3?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 2 - Staplery liniowe zakrzywione

Pytanie nr 6 - Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler tnąco - zamykający, sterylny, prosty, z ładunkiem długość 40 mm, z ładunkiem do tkanki grubej (2,0 mm po zamknięciu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Poz. 1a

Czy Zamawiający w poz. 1a dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera tnąco-zamykającego do dolnych resekcji, 40 mm, kompatybilny ze staplerem z pozycji 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.