



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu

ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06
e-mail: sekretariat@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778 11 28 565
REGON: 630863147

Poznań, 15.07.2021 r.

ADZP-381-23/21

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na wyjaśnienia w sprawie SWZ


Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1129 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa systemu do korekcji statyki narządu rodowego i leczenia nietrzymania moczu, sprzętu jednorazowego oraz materiałów medycznych**”, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Zdanie nr 8, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:



Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm / 140 mm / 13 mm / 16 mm / 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary

Szpital św. Józefa
ul. Kryśiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 56/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24

stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtór-nego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Pro-ducenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w ję-zyku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10 igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach: poz.1) 0,5 x 120; poz.2) 0,7 x 38; poz.3) 0,7x 75; poz. 4) 0,7x 75; poz.5) 0,7 x 90; poz.6) 0,9 x 75; poz.7) 0,9 x 90; poz.8) 1,2 x 90 pochodzących od jednego producenta

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 976 µm, max 2314 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², zakończoną bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm, bez nici pozycjonujących oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa bez motylka?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacja , połączony z kablem dł. 3m, z wtyczką typ 3-pin w komplecie z elektrodą igłową, pakowany sterylnie, 25 szt/op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 6 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie dł. 141 mm i rozmiaru 15x10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Zadanie 6 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie dł. 141 mm i rozmiaru 20x10 mm..

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Zadanie 6 Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie kulki fi 4 mm i dł. 156 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Zadanie 6 Pozycja 7

prosimy o dopuszczenie kulki fi 5 mm i dł. 157 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Zadanie 6 Pozycja 8

prosimy o dopuszczenie elektrody typu igła Ø 0,65 mm dł. całkowita 69mm w tym 63mm izolowane

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Zadanie 6 Pozycja 10

Czy chodzi o elektrodę igłową nieprzywierającą ?

Dopuszczenie dł. 70 mm

Odpowiedź: Tak, powleczone warstwą nieprzywierającą. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie nr 11**

Część 8

Prosimy o dopuszczenie terminu ważności 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie nr 12**

Prosimy o dopuszczenie łyżek o następujących wymiarach:

	Całkowita długość w mm
MAC 0	83
MAC 1	94
MAC 2	115
MAC 3	137
MAC 4	154
MAC 5	174

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie nr 13**

Pakiet 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 14**

Pakiet 12, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o gładkiej niezmrożonej powierzchni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 15**

Pakiet 12, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 16**

Pakiet 12, pozycja 4-12

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 17****Pakiet 13, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania o długości 210cm i średnicy wew. drenu 5,6mm z dodatkowo dołączonym do zestawu łącznikiem do kontrolowanego odsysania kapkon jak na zdjęciu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 18

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowice USG w opakowaniach a'144 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny o długości całkowitej 52mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet 18, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wżerniki uszne w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Pakiet 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG w opakowaniach a'50 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,9x40mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 14 poz. 49-52

Czy zamawiający wydzieli poz. 49-52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym wymiornych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie nr 24

Pakiet 14 poz. 49

Czy Zamawiający dopuści woreczki o minimalnej pojemności 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 15 poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz. 49-52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym wymiornych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie nr 26

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny,

nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 15 poz. 1,2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepeku na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 15 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepeku na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 15 poz. 20,21,23

Czy zamawiający wydzieli poz. 20,21,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie nr 31

Pakiet 15 poz. 20,21,23

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

Izabela Marciniak

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 850 62 295, karolina.prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl