



Poznań, dnia 29.07.2021r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę systemu obrazowania obiektów makroskopowych z wyposażeniem oraz kompletnego systemu do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części), nr postępowania ZP/2444/D/21.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

Pytania:

Pytanie 1, dotyczy części nr 1 Dotyczy mikroskopu monoskopowego:

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie ledowe do światła przechodzącego wmontowane w korpus bazy o dokładnie takich samych parametrach jak w specyfikacji w zamian za opisane światło połączone światłowodem? Światło wmontowane w bazę jest bardziej ergonomiczne w obsłudze, nie zabiera dodatkowego miejsca i daje dokładnie takie same efekty jak oświetlacz połączony światłowodem.

Pytanie 2, dotyczy części nr 1 2. Dotyczy mikroskopu monoskopowego:

Czy Zamawiający dopuści okulary o regulacji dioptryjnej -5/+5 dioptrii w zamian za okulary o regulacji -8/+5 dioptrii?

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak

Ad 2 . Tak

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Logistyczno-Administracyjnych
mgr Maria Rucińska

