



**SZPITAL POWIATOWY**  
w Limanowej  
**Imienia Miłosierdzia Bożego**  
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-08-03

Pismo: NZ/39/D/P/LW/2021

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 8 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/39/D/P/LW/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw 1

#### Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność różnych produktów, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do umowy zapisu:

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora, bez naliczania kar za zwłokę w dostawie towaru.”

**Odpowiedź:**

SWZ bez zmian. Powyższe regulacje zawiera ustawa z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1844)

**Pytanie nr 2**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 7 ust. 1 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:

„W razie wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości

0,2% wartości brutto niedostarczonej części danego zamówienia - za każdy dzień zwłoki, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1,”

**Odpowiedź:** SWZ bez zmian

**Pytanie nr 3**

Dotyczy wzoru umowy § 7

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

**Odpowiedź:**

SWZ bez zmian. Powyższe regulacje zawiera Ustawa z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1844)

## **Zestaw 2**

### **Pytanie nr 1**

#### **Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z materiału EVA?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 2**

#### **Zadanie nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z materiału EVA?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 3**

#### **Zadanie nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Zadania nr 2 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 4**

#### **Zadanie nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Zadania nr 2 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 5**

#### **Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści powierzchnię filtrowania 1,5 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 6**

#### **Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,25-0,3 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 7**

#### **Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści objętość zalegania 0,2 ml (+/-10%)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie nr 8**

#### **Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 15CH i długości 70 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### **Zestaw 3**

#### **Pytanie nr 1**

##### **dotyczy zadania nr 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie błękitu trypanu w opakowaniach zawierających 10 sztuk fiolek preparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **Zestaw 4**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 1, w związku z wycofaniem z produkcji filtrów z przedłużkami 10 cm przed i 5 cm za filtrem, wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów bez linii po obu stronach?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **Zestaw 5**

#### **Pytanie nr 1**

dotyczy zadania nr 2

W związku z zakończeniem produkcji układów oddechowym iVent prosimy o usunięcie z zadania nr 2 poz. 3. Pozostawienie zadania w obecnej formie uniemożliwi złożenie jakiejkolwiek oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający usuwa pozycję poz. 3 z zad. 2 i publikuje nowy formularz po naniesieniu zmian.

---

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA