

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy**

Dostawa obłożeń specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875629595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obłożeń specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c50049a-fe88-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00152886/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 13:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005252/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 OBŁOŻENIA STERYLNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://e-propublico.pl>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <http://e-propublico.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> oraz poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach – znak sprawy: 36/PN/MN/2021. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: - podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2020 poz. 346); - podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; - dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; - do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; a) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), b) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,

Opera), d) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; (...)

Z uwagi na ograniczony limit znaków pozostałe informacje zostały opisane w rozdziale 13 Specyfikacji Warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/PN/MN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 29

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Fartuch chirurgiczny pełnobrierowy, jałowy z włókniny SMS, SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min 6cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie

sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Rozmiary: M, L, XL, XXL w zależności od potrzeb zamawiającego. (10 sztuki próbki rozmiaru XL)" op 26 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch operacyjny do operacji mokrych, wykonany z

włókniny SMS, SMMS lub SMMMS. Fartuch o gramaturze min. 35g/m² w części podstawowej. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na $\frac{3}{4}$ rękawach o gramaturze min. 40g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min 6cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. rozm. M, L, XL, XXL – w zależności od potrzeb zamawiającego. Minimalne parametry wytrzymałości: Odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na rozerwanie na sucho min. 150 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na penetrację płynów min. 215 cm H₂O dla pow. krytycznej
Paraprzepuszczalność MVTR 5500g/m²/24h dla pow. Krytycznej. Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. (10 sztuki próbki rozmiaru XL)" op 10 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny uniwersalny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o minimalnej gramaturze 60g/m² i dodatkowej wstawki w części dedykowanej dla pacjenta (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Serwety główne posiadają w części krytycznej dodatkową warstwę chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze min. 75g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym min 168 kPa, odporność na przenikanie płynów min 165 cm H₂O Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt
2. osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.
3. serweta główna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm z dodatkową warstwą chłonną o rozmiarze 15-25cm x 50-60cm - 2szt
4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm z taśmą lepnią i dodatkową warstwą chłonną i organizatorami na przewody o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt
5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z łatą chłonną o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt
6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Etykieta produktu zawiera min. dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 1 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny uniwersalny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) z warstwą chłonną na całej powierzchni o gramaturze min. 60g/m², odporności na rozerwanie na mokro i sucho min.168 kpa i odporności na penetrację płynów min.165 H₂O. Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 2szt

2. osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

3. serweta główna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm - 2szt

4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm - 1szt

5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm - 1szt

6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt

7.serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny do zabiegów. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną na całej powierzchni i trójwarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta o gramaturze min. 75g/m² (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Serwety główne posiadają w części krytycznej dodatkową warstwę chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze min. 79g/m². Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt

2. Osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.
 3. serweta główna przylepna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm z - 1szt
 4. Serweta główna o rozmiarze 230-240 x 250-260cm z wycięciem U 15-20 x 95-100 cm otoczonym taśmą lepna. Dookoła wycięcia znajduje się dodatkowa warstwa chłonna z organizatorami przewodów o rozmiarze 70-75 x 130-140cm wykonana z włókniny o gramaturze min. 75g/m² - 1szt.
 5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z taśmą lepna, dodatkową warstwą chłonną rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt
 6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
 7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.
- Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 314/ 290 kPa.
 Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O.
 Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10**Kryterium 3**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw operacyjny do ginekologii. Skład zestawu:

1. Serweta główna ginekologiczna wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze min 60g/m² o rozmiarze 270/230 x 260-270cm zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór o wymiarach 24-26 x 21-24 cm - 1szt

2. Serweta ginekologiczna z 4 taśmami lepnyimi po bokach o wymiarach 60-65 x 120-125cm z otworem 9-10 x 12-14cm otoczonym taśmą lepłą. W centralnej części znajduje się zintegrowana z serwetą trójkątna torba na płyny - 1szt

3. ręcznik do rąk - 2szt

4. osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii o gramaturze min. 55micronów składana teleskopowo o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

5. taśma rzep o wymiarach 2,5-3 x 30-35cm - 1szt

6. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Opakowanie pojedynczego zestawu typu TYVEC/Folia.

Serwety, osłona na stolik Mayo i taśma włókninowa wykonane z polipropylenu nie zawierają wiskozy i celulozy.

Etykieta produktu zawiera min cztery repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego." op 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny do laryngologii. Skład zestawu:

1.Serweta główna wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze min 60g/m² o rozmiarze 150-160 x 250-260 cm posiadająca wycięcie U o rozmiarze 7-10 x 70-75cm otoczone taśmą lepłą . Wokół otworu znajduje się dodatkowa warstwa chłonna z organizatorami przewodów o wymiarze 50-55 x 50-55 cm wykonana z włókniny o gramaturze min. 79g/m² -1szt

2. ręcznik do rąk - 4szt

3. osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii o gramaturze min. 55micronów składana teleskopowo o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

4.serweta z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60g/m² o rozmiarze 75-80 x 80-85 cm - 1szt

5.serweta z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 75g/m² o rozmiarze 75-80 x 90-95cm z taśmą lepłą i dodatkową warstwą chłonną o rozmiarze 15-20 x 50-55cm - 1szt

4.taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 2szt

5. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Serwety, osłona na stolik Mayo i taśma włókninowa wykonane z polipropylenu nie zawierają wiskozy i celulozy.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta." op 420

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny do artroskopii kolana. Skład zestawu:

1. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 2szt.

2. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni i trójwarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta o gramaturze min. 75g/m² (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu) o rozmiarze 230-240 x 310-320cm z 2 otworami o średnicy 5-7cm. Serweta posiada zintegrowaną trójkątną torbę-worek na płyny o długości boku 100-110 cm i wysokości minimum 85cm, ze sztywnikiem. Dodatkowo na dwóch rogach torby znajdują się przylepce umożliwiające jej umocowanie do operatora. Posiada też port z filtrem do odsysania płynu - szt. 1

3. Osłona na kończynę z elastycznej rozciągliwej gumy o rozmiarze 22-32 x 75-85 cm - szt. 1

4. Ręczniki chłonne do rąk 25-35 x 25-35cm - szt. 4

5. Taśma lepna 9-11 x 45-50cm - szt. 2

6. Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 188/185 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw operacyjny uniwersalny pediatryczny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni i trójwarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta o gramaturze min. 75g/m²(w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt

2. Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

3. serweta główna o rozmiarze 75-80cm x 75-80cm - 2szt

4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm z taśmą lepłą - 1szt

5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z taśmą lepłą - 1szt

6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt

7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 135g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 188/185 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 680

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zestaw do zabiegów urologicznych wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55g/m², laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190cm (strefa wzmocniona 75 x 190cm); 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200cm, okno suprapubic (7x10cm) i na krocze (7cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm. Chłonność włókniny 135ml/m². Dołączenie karty danych technicznych potwierdzających parametry obłożenia. Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta. op 900

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw porodowy w składzie: 1) serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m2 120-130 cm x 90 cm - 1 szt. ,
2) Serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m2 150cm x 90 cm - 1 szt.
3)_ serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m2 80 cm x 60 cm -1 szt.
4) serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m2 . 25 cm x 20 cm - 6 szt.
5) podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - 1 szt.
6) podkład higieniczny 90 cm x 60 cm - 1 szt
Podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność min. 1050 g(wg normy ISO 11948-1).
Podkład higieniczny 90 cm x 60 cm - wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową

folią, chłonność 1500 g(wg normy ISO 11948-1). Wymagany dokument potwierdzający chłonność podkładów chłonnych.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 700

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego, w ułożeniu prostym, w składzie : a) Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz folii znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18 x 16 cm . Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 140 cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. – 1 szt. b) Serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm – 1 szt c) Taśma samoprzylepna, nieprzemakalna 9x49 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. d) Celulozowe ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. e) Osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt. f) Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta. op 550

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,

sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Sterylny zestaw do laparotomii, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

- 1.serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt.
- 2.serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym. 240x150cm – 1 szt
- 3.serwety boczne z taśmą lepłą z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x 75cm – 2 szt
- 4.serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym.175x175cm – 1 szt
5. taśma samoprzylepna o wym.9x49 cm – 1 szt.
6. ręczniki chłonne o wym.30x40cm – 4 szt.
7. osłona na stolik Mayo o wym.79x145cm – 1 szt
- 8.fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar L. – 1 szt.
9. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar XL. – 1 szt.
10. gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe z RTG – 40 szt.
11. komprey gazowe laparotomijne 45x45 cm z tasiemką, 17 nitkowe, 4 warstwowe z RTG – 4 szt.
12. tupferki gazowe 8x8 cm, 24 nitkowe z RTG – 10 szt.
13. kompresy gazowe 10x20 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe z RTG – 5szt.
14. miseczka z PP, transparentna 500 ml – 1 szt.
15. miseczka z PP, transparentna 4000 ml – 1 szt.
16. ostrze skalpela nr 21, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt.
17. ostrze skalpela nr 10, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt.
18. urządzenie do usuwania ostrzy chirurgicznych – 2 szt.
19. aspiracja typu Poole z rękojeścią + dren łączący do ssaka 24 Ch dł. 3.0m – 1szt.
20. elektroda czynna do diatermii z ostrzem – z osłoną na ostrze, przedłużenie 320 cm – 1 szt.
21. osłona na uchwyt do lampy, foliowa – 1szt.
22. pojemnik na igły, piankowa-magnetyczny– 1 szt.
23. czyścik do elektrody czynnej 5x5 cm – 1 szt.
24. dren Redona 18CH, ze znacznikiem rtg, pvc, 50 cm – 1 szt.
25. dren Redona 16CH, ze znacznikiem rtg, pvc, 50 cm – 1 szt.
26. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną polimerową powłoką hydrożelową, AQL=0,65, apirogenne roz. 7.0 – 1 para
27. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną polimerową powłoką

- hydrożelową, AQL=0,65, apirogenne roz. 7.5 – 1 para
28. rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną polimerową powłoką hydrożelową, AQL=0,65, apirogenne roz. 8.0 – 1 para
29. Organizator przewodów typu rzep 2.5x30 cm – 1 szt.

Wymagania:

Serwety operacyjne wykonane z włóknin barierowych, laminowanych, 4-warstwowych w obszarze krytycznym. Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 290kPa. Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro min.158kPa, odporność na przenikanie cieczy 900 cm H₂O, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm², gramatura strefy krytycznej i wzmocnienie min.50g/m², włóknina 23g/m², folia PE 40 µm, warstwa celulozowa min. 20g/m².

" op 90

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylny pokrowiec na ramię C , zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania. Pokrowiec o wymiarach 100 x 220 cm Dopuszcza się tolerancję rozmiarów + 5% (Próbka 2 szt.) szt. 1 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie : 1 Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m²,) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2 Serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7 cmx102cm , wzmocniona w strefie krytycznej (minimum 4 warstwy (włóknina 30g/m², Folia PE 15 mikronów, włóknina 20g/m² oraz dodatkowa warstwa chłonna 50g/m²), wysoka odporność na przenikanie cieczy 840cm H₂O w strefie krytycznej wyrobu, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) 100/105N.) – 1szt. 3 Serweta chirurgiczna 75 x 90 cm – 1szt. 4 Serweta na stolik 150 x 190 cm – 1szt. 5 Ośłona na kończynę 32cm x 120 cm – 1szt. 6 Taśmy samoprzylepne 9 x 49 - 2 szt. 7 Ręczniki chłonne - 4 szt. 8 Wzmocniona ośłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1sz. 9 Wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1szt. Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 op 90

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylny zestaw wieloelementowy do operacji biodra, zapakowany w zbiorczym opakowaniu w składzie: 1serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7 cm x 102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej (minimum 4 warstwy, w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiającą właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 100 g/m², odporność na przenikanie cieczy 840cm H₂O) - szt. 1. 2 serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiającą właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m²,) i wyposażona w organizatory przewodów – szt.1. 3 butelka do drenażu, 200ml – 1szt. 4 folia operacyjna, bakteriobójcza, 45x90cm – szt.1. 5 fartuch chirurgiczny, ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość) XXLL. – 3 szt. 6 fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny w systemie SMS o gramaturze 40g/m² rozmiar L- 1 szt. 7 kompres gazowy 10x20cm (17- nitkowy, 12 – warstwowy) z nitką RTG - 20 szt. 8 miska wykonana z PP o pojemności 500 ml z podziałką – 2 szt. 9 ostrze skalpela nr 22, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 4 szt. 10 strzykawka 100ML 3- częściowa - szt. 1. 11 czyścik do elektrody, 5x5cm – 1szt. 12 kieszeń foliowa 40x35cm - szt. 1. 13 taśma samoprzylepna o wym.9x49 cm – 2 szt. 14 osłona na kończynę o rozmiarze 32 x 120 cm – 1 szt. 15 aspiracja typu Yankauer 24 Ch, 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory – 1szt. 16 dren łączący do ssaka 30Ch/24 Ch dł. 3.0m – 1szt. 17 dren redona, 16 Ch, 65cm ze znacznikiem RTG – 1szt 18 aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm dł. 20cm – 2 szt 19 bandaż elastyczny, 15cm, dł. 4m – 1szt. 20 miska wykonana z PP o pojemności 250 ml z podziałką – 1 szt. 21 kompres gazowy 10x10cm (17 nitkowy, 12 warstwowy). - 20 szt. 22 serweta wzmocniona na stolik 150x190cm– 1 szt. 23 osłona na stolik Mayo o wym.79x145cm – 1 szt 23 serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt . Serweta główna na pacjenta musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795. Zestaw oznaczony kolorem czerwonym w celu łatwiejszej identyfikacji, napis na etykiecie bocznej „Zestaw do protezy biodra” w czerwonej ramce. Jeden Fartuch w rozmiarze L zawinięty w papier krepowy umieszczony na serwecie owijającej zestaw. op 190

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zestaw do operacji kończyny górnej w składzie: 1 Serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 3,5 cm), otoczonym warstwą chłonną 150/370x280, konstrukcja serwety zabezpiecza pacjenta oraz stolik pod kończynę górną – 1szt; 2 Osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm – 1szt; 3 Serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1szt. Materiał podstawowy obłożenia składający się w strefie krytycznej z 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze 50 g/m2, folii PE 40 mikronów, oraz włókniny PE 23/gm2. Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 przy jednoczesnej odporności na rozerwanie na sucho/mokro wynoszącej 202/160kPa w strefie krytycznej wyrobu. op 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylny zestaw wieloelementowy do operacji na kończynie - mały, zapakowany w zbiorczym opakowaniu w składzie: 1 Serweta chirurgiczna w rozmiarze 150/370x280cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, otoczonym warstwą chłonną, wyposażona w dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP – 1szt; 2 Bandaż elastyczny, 12cm, dł. 4m – 1szt; 3 Podkład pod gips, syntetyczny 15cm, dł 3m – 1szt; 4 Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt; 5 Taśma samoprzylepna o wym.9x49 cm – 2 szt; 6 Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na suchu : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar XL- 1 szt; 7 Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.

(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar L- 1 szt; 8 Kompres gazowy 7.5x7.5cm (17 nitkowa, 12 warstwowy) z nitką RTG - 20 szt; 9 Miska wykonana z PP o pojemności 250 ml z podziałką – 1 szt; 10 Ostrze skalpela nr 15, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt; 11 Strzykawka 20ML 2- częściowa - szt. 2; 12 Igła iniekcyjna 21G 40mm – 1szt; 13 Igła iniekcyjna 23G 40mm – 1szt; 14 Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm dł. 20cm – 2 szt. Materiał podstawowy obłożenia składający się z 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze 50 g/m2, folii PE 40 mikronów, oraz dodatkowej warstwy 23 g/m2. Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 przy jednoczesnej odporności na rozerwanie na sucho/mokro wynoszącej 202/160kPa. Zestaw oznaczony kolorem białym w celu łatwiejszej identyfikacji, napis na etykiecie bocznej „Zestaw do operacji na kończynie - mały” w białej ramce. Jeden Fartuch w rozmiarze L zawinięty w papier krepowy umieszczony na serwecie owijającej zestaw. op 110

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zestaw do operacji kończyny w składzie: 1 Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów – 1szt; 2 Serweta na stolik o wymiarach 150x190cm – 2szt; 3 Osłona na kończynę w rozmiarze 22x75cm -1szt; 4 Taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x49cm – 2szt; 5 Ręcznik chłonny w rozmiarze 18x25cm -4szt; 6 Osłona na stolik MAYO w rozmiarze 79x145cm, wzmocniona – 1szt. Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 przy czym nieprzemakalność serwety głównej w strefie krytycznej na poziomie 840 cm H₂O przy jednoczesnej wytrzymałości na rozrywanie suchym/mokro w strefie krytycznej na poziomie 385/330 kPa Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m², folii PE 15-40 mikronów, oraz dodatkowej warstwy w strefie krytycznej min. 20 g/m². Wymagane dodatkowe wzmocnienie włókninowe (min. 50 g/m²- w strefie krytycznej obłożenia głównego) op 180

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw wieloelementowy do artroskopii kolana, zapakowany w zbiorczym opakowaniu w składzie: 1 serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 i 5 cm. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt. 2 bandaż elastyczny, 15cm, dł. 4m – 2szt 3 zapinka do bandaża – 2szt. 4 podkład pod gips, syntetyczny 15cm, dł 2.7m – 1szt. 5 butelka do drenażu, 200ml – 1szt. 6 dren redona, 12 Ch, 50cm ze znacznikiem RTG – 1szt 7 serweta wzmocniona na stolik 150x190cm – 1 szt. 8 kompres gazowy 7.5x7.5cm (17 nitkowa, 12 warstwowy) z nitką RTG - 10 szt 9 taśma samoprzylepna o wym.9x49 cm – 2 szt. 10 osłona na kończynę o rozmiarze 32 x 120 cm – 1 szt. 11 organizator przewodów VELCRO 2,5x15cm - 2 szt. 12 aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm dł. 20cm – 2 szt. 13 ostrze skalpela nr 11, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt. 14 obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 150x193cm z samoprzylepnym wycięciem U 15x61cm – 1szt. 15 miska wykonana z PP o pojemności 250 ml z podziałką – 1 szt. 16 osłona na stolik Mayo o wym.79x145cm – 1 szt. 17 fartuch chirurgiczny, ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość) XL. – 2 szt. 18 fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar L- 1 szt. 19 serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt. 20 kompres włókninowy 7.5x7.5cm (30g, 4-warstwowy) przecięty – 1szt. Serweta główna wykonana z: włókniny wiskozowej 30g/m2 oraz folii PE o grubości 40 mikronów, musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnej odporność na przenikanie płynów 140 cm H2O oraz wytrzymałości na wypychanie (na sucho) wynoszącej 90kPa w strefie krytycznej produktu. Zestaw oznaczony kolorem żółtym w celu łatwiejszej identyfikacji, napis na etykiecie bocznej „Zestaw do artroskopii kolana” w żółtej ramce. Jeden Fartuch w rozmiarze L zawinięty w papier krepowy umieszczony na serwecie owijającej zestaw. op 170

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Jałowy zestaw dla noworodka o składzie:

- serweta włókninowa 80x60 cm - 1 szt
- czapeczka dla noworodka 100% bawełna - 1 szt
- kocyk flanelowy 160x75 cm
- podkład 60x60 cm

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową z etykietą z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie , dacie ważności , nr lot , identyfikacji wytwórcy." op 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Kołnierz jednorazowego użytku do minimalizowania zanieczyszczenia powietrza poprzez hamowanie przenoszenia cząstek. Opakowanie a 50sztuk. (Próbkki 2 sztuki) op 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne celulozowe laminowane folią PE białe wzmacniane podłużnymi niebieskimi paskami. Rozmiar min. 80x210cm. (Próbki – 2 sztuki) szt. 9 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający

stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylna osłona na mikroskop 115-117 x 254-260cm z osłoną obiektywy 65mm, z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznego światła oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące. Wykonana z folii PE (Próbka 2 sztuki) szt. 400

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Podkłady chłonne zbudowane są z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu z rozdrobnionej pulpy celulozowej i superabsorbentu (SAP) i miękkiej włókniny (od strony wierzchniej), przyklejonej do wsadu chłonnego, co zapobiega nierównomiernemu rozprzestrzenianiu się pulpy. W kontakcie z cieczą, superabsorbent żeluje wilgoć, dzięki czemu powierzchnia podkładu jest znacznie bardziej sucha w porównaniu z produktem tradycyjnym. Wersja 70 x 180 cm posiada chłonny rdzeń oraz zakładki do umieszczenia pod materacem. Podkład może być także położony wzdłuż łóżka, dzięki czemu stanowi doskonałą ochronę przed niepożądanym zabrudzeniem materaca. 1750 ml Opakowanie a 30szt. (Próbka 2 opakowania a 30sztuk) op 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g. Opakowanie a 20szt. (Próbka 2 sztuki) op 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm . Niesterylne (Próbka 2 sztuki) szt. 600

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylna osłona na aparaturę o średnicy 80cm, przezroczysta, ściągana elastyczną gumką. Wykonana z folii PE. Średnica folii w stanie osłoniętym około 145cm. (Próbka 2 sztuki) szt. 800

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %

2. Termin dostawy 10%

3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Ubranie operacyjne jednorazowego użytku, bluza + spodnie, jednorazowe, niejałowe; wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²; bluza z krótkim rękawem + spodnie. Rozmiary S, M, L, XL, XXL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (2 sztuki próbki rozmiaru XL) op 24 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM 1. WAGA

1. CENA 60 %
2. Termin dostawy 10%
3. Jakość 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ. Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem). Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego

Uwaga: Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek, oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ

Próbki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 4 do SWZ, należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ. Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem). Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego Uwaga: Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek, oświadczeń lub innych

dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale 4 SWZ Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu", o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia reguluje projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <http://e-propublico.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

Część 15 : Tak

Część 16 : Tak

Część 17 : Tak

Część 18 : Tak

Część 19 : Tak

Część 20 : Tak

Część 21 : Tak

Część 22 : Tak

Część 23 : Tak

Część 24 : Tak

Część 25 : Tak

Część 26 : Tak

Część 27 : Tak

Część 28 : Tak

Część 29 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3