



**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu**

ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Słaski S.A. O/Poznań Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00

fax. 61 852 98 06

e-mail: kancelaria@szoz.pl

www.szoz.pl

NIP: 778-11-28-565

REGON: 630863147

Poznań, 01.09.2021 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-120/21

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa wskaźników kontroli mycia mechanicznego oraz akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.- 27.08.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 3 pkt.15 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr II: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie kierunku otwierania umieszczone na papierze na linii zgrzewu od strony folii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 2: Dotyczy Pakietu nr II, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 50mmx200mb Zamawiający dopuści rękaw 55mmx200mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów foliowo-papierowych posiadających wszystkie oznaczenia, w tym napisy, wskaźniki, informację o kierunku otwierania, umieszczone na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 5: Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Szpital św. Józefa
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 56/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24

Pytanie nr 7: Pakiet I poz. I.1-8: Czy zamawiający zgodzi się zaoferować torebki papierowo-foliowe, o gramaturze papieru 60g/m², który dzięki materiałom o bardzo dobrej jakości posiada wysokie parametry wytrzymałości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (potwierdzenie w karcie danych technicznych). Pozwoli to zaoferować produkt znacznie tańszy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Pakiet I poz. I.2: czy Zamawiający dopuści torebkę w rozmiarze 75x200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Pakiet I poz. I.4: czy Zamawiający dopuści torebkę w rozmiarze 210 x 400 cm lub 250x500 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebkę o wymiarze 210x400.

Pytanie nr 10: Pakiet I poz. I.8: czy Zamawiający dopuści torebkę w rozmiarze 150x50x380 cm lub 200x50x480 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebkę o wymiarze 200x50x480.

Pytanie nr 11: Pakiet I poz. II.1: czy Zamawiający dopuści opakowania a'500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, odpowiednie przeliczenie zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 12: Pakiet I poz. II.2: czy Zamawiający dopuści opakowania a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, odpowiednie przeliczenie zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 13: Pakiet I poz. III.1: czy do pakowania ciężkich zestawów Zamawiający wymaga rękawów włókninowo foliowych, o zalecanej temperaturze zgrzewu 180-220 stopni Celsjusza, gramaturze włókniny 60 g/m²? Zaletą takich rękawów jest ta sama temp. zgrzewu i temp. sterylizacji co w produktach papierowo-foliowych. Rozmiar 500 mm x 100mm, z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Na potwierdzenie karta danych technicznych na wezwanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, dokumenty zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 14: Pakiet II: Czy Zamawiający zgodzi się zaoferować rękaw papierowo-foliowy, o gramaturze papieru 60g/m², który dzięki materiałom o bardzo dobrej jakości posiada wysokie parametry wytrzymałości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (potwierdzenie w karcie danych technicznych)? Dopuszczenie niższej gramatury papieru pozwoli zaoferować produkt znacznie tańszy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: Pakiet I oraz II: Czy Zamawiający potwierdzi, że oczekuje w tych pakietach aby wyroby posiadały świadectwa potwierdzające zgodność z aktualnymi Dyrektywami – czyli Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyroby medyczne opisane w deklaracji opatrzone oznakowaniem CE są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane również jako: „rozporządzenie MDR”) weszło w życie 26 maja 2021 r. i sukcesywnie zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG (tzw. „dyrektywę MDD”)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia.

Pytanie nr 16: Poz. I 1-8 Pakiet I Torebka papierowo foliowa, papier krepowany: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek o gramaturze papieru medycznego 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Poz. I 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w wymiarach 50x200?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: Poz. I 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w wymiarach 80x250?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19: Poz. I 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w wymiarach 120x400?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20: Poz. I 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w wymiarach 220x300?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21: Poz. I 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w wymiarach 150x50x380?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22: Poz. II 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w kolorze białym i zielonym pakowanego osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23: POZ. I 3 PAKIET III Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Poz. II 2 Czy Zamawiający mając na stanie inkubator z drukarką odstąpi od konieczności dostarczenia w zestawie nowego inkubatora z drukarką? Takie rozwiązanie będzie miało duży wpływ na cenę tego pakietu, która ze względu na konieczność dostarczenia inkubatora z drukarką będzie wyższa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26: POZ. 1. PAKIET IV Czy Zamawiający może określić parametry (w tym średnicę i długość) oraz ilości w sztukach giętkich czyścików do narzędzi i kanałów o małym przekroju, składających się na wsad wymienny do pojemnika?

Odpowiedź: Czyściki jednorazowego użycia, wchodzi w skład pakietu umieszczanego w dozowniku.

Czyściki do szczotkowania narzędzi chirurgicznych kanałowych.

Skład wymiennego kompletu:

1. miękkie i bawełniane śr. 3mm dł 10 m 1 op
2. szorstkie z poliestru śr. 15mm dł 5 m 1 op.
3. mikkie z poliestru śr. 12mm dł 30 cm opakowanie po 50 szt. /1 op
4. miękkie z poliestru sr. 9 mm dł 30 cm opakowanie po 50 szt. /1 op
5. miękkie , bawełniane i nylonu śr. 3 mm dł 15 cm opakowanie 100 szt. /1op
6. bardzo szorstkie polyester śr 3mm dł 10 m 1 op
7. miękko- szorstkie , elastyczne , bawełniane śr.3mm dł 10 m 1op
6. Podajnik- dozownik

Do zamówienia 3 komplety z pierwszym zamówieniu z jednym podajnikiem.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 ust. 1 i ust. 2 użytego w różnym przypadku określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka” w odpowiednim przypadku ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 3 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 ust. 6 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?


Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, 61 850 62 95, agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywici 7/8
61-825 Poznań