



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-09-01

Pismo: NZ/45/D/ZO/A/2021/139/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – wartość netto zamówienia nieprzekraczająca 130 000 zł na **”Dostawy masek i odzieży chirurgicznej, ochronnej ujęte w 5 zadaniach asortymentowych”** – znak sprawy **NZ/45/D/ZO/A/2021.**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej **”IWZ”**) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek medycznych chirurgicznych typu IIR, pakowanych w kartonik w formie podajnika mieszczący 50 szt masek, pakowanych hermetyczne pakiety po 10 szt każdy w obrębie kartonika, kartonik zawiera 5 pakietów po 10 szt. Rozwiązanie takie eliminuje ryzyko kontaminacji pozostałych masek podczas pobierania maski z kartonika przez personel medyczny, dzięki czemu użytkownik może pobrać swój hermetycznie zamknięty pakiet 10 szt masek lub rozpakować pakiet i pobrać jedną maskę bez możliwości zetknięcia pozostałych.

W załączeniu przesyłam zdjęcie obrazujące sposób pakowania masek oraz zdjęcie przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie nr 1

dotyczy zadanie 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sterylny fartuch chirurgiczny **wzmocniony**

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o **gramaturze 35 g/m2**. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o **gramaturze 50g/m2**. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo L,XL, i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 6,0

137 cm, L

147 cm, XL

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie nr 2

dotyczy Zadanie 4 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o **gramaturze 35 g/m2**. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo L,XL, i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 2,9

135 cm, L

145 cm, XL

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Zestaw 3

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 poz. 2-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych w worek foliowy?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków wiązanych z tyłu na troki?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków spunlance 35g /m2 30% wiskoza , 70% poliester?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Pakiet nr 1 poz. 3,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków o gramaturze min 20g?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

Pakiet nr 1 poz. 2,3,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków o gramaturze min 18g?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6

Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków typu clip ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny smms?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 8

Pakiet nr 2,3 poz. 1

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MASEK MEDYCZNYCH TYPU II WEDŁUG AKTUALNEJ NORM PN EN 14683:2019 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE CHOROÓB ZAKAZNYCH UMIESZCZONYMI NA STRONIE MINISTERTWA ZDROWIA?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 9

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny smms?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 10

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 11

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha bez kartonika?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 12

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wiazanego na troki?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 13

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wiazanego na troki a przy szyi na rzep ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14

Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z ręczniczkami o wymiarach 30x40?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spódnicy o długości mniejszej niż 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 16**Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spódnicy +/- 10cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17**Pakiet nr 5 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie asortymentu wykonanego z włókniny sms?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18**Pakiet nr 5 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie asortymentu o gramaturze mniejszej niż 30g?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 4**Pytanie 1**

Zadanie 1, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Zadanie 2, zadanie 3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Zadanie 4, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze materiału podstawowego 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 4

Zadanie 4, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch wiązany na troki łączone z kartonikiem, oraz zapinany w okolicy karku na standardowy rzep?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Zadanie 4, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm oraz długości rękawa z mankietem 68,5cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Zadanie 4, pozycja 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm oraz długości rękawa z mankietem 69,5cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7

Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spódnice ginekologiczną z gumką w pasie zamiast wiązaną na troki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Zadanie 5, zadanie 1-4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 5**Pytanie 1**

Czy zamawiający w części nr 3 dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe które mają deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9% ?

Maski są produkowane w Polsce

Data przesłania

2021-08-31 12:20:30

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 6

Pytanie 1

Zadanie 4:

Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m², pakowanego w opakowanie wewnętrzne z papieru krepowego ze wzmocnieniami mocowanymi po bokach i górnej części obwodu wzmocnienia – dolna część obwodu bez zamocowania dla ułatwienia cyrkulacji powietrza, o długości rękawa z mankietem wynoszącej min. 69cm?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 2

Poz. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m², pakowanego w opakowanie wewnętrzne z papieru krepowego o długości rękawa z mankietem wynoszącej min. 69cm?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 3

Poz. 2 i 4 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na fartuchy o długości 150 cm.

Pozostałe parametry oferowanych fartuchów zgodne z opisanymi w i.w.z.

Odpowiedź: Tak


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

