



**TAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH**

Suwałki, dnia 15/09/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.408/34/PN/MN/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 34/PN/MN/2021**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: Dostawa materiałów opatrunkowych: sterylnych, niesterylnych, specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Zwracamy się do zamawiającego o podanie metodyki oceny jakościowej w Części 34. Jak będzie punktowana chłonność zaoferowanych produktów? Przy aktualnym opisie oceny jakościowej kryterium oceny jest nie jasne i nie precyzuje ile punktów będzie przyznane za chłonność powyżej 1900ml np. za chłonność 2000ml a ile za 2100ml.

Odpowiedź:

Parametry oceny jakości w pakiecie nr 34

Lp.	Parametr oceny	Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1	Łatwość otwarcia opakowania	0 – 1
2	Chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 -1900ml	10
	Chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 -2000ml	19
	Chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 -2100ml i więcej	29
	Możliwa max ilość pkt	30 pkt

Pytanie 2

Zwracamy się do zamawiającego o podanie metodyki oceny jakościowej w Części 38.

- jak będzie punktowana chłonność zaoferowanych produktów? Przy aktualnym opisie oceny jakościowej kryterium oceny jest nie jasne i przedział punktowy nie precyzuje ile punktów będzie przyznane za konkretną chłonność.
- jak będzie punktowana hipoaergicznosc zaoferowanych produktów? Przedział punktowy nie precyzuje w oparciu, o jaki poziom hipoaergicznosci będzie przyznawana konkretna ilość punktów.
- jak będzie punktowana łatwość zakładania zaoferowanych produktów? Przedział punktowy w tej cesze jest bardzo niejasny i daje możliwość bardzo subiektywnej oceny, która może nie mieć nic wspólnego z oceną obiektywną.

Odpowiedź:

- **Chłonność nie mniej niż:**

1) **360g -10pkt.**

2) **460g-10pkt.**



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973

9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



3) **560g – 10pkt**

4) **700g – 10pkt.**

Mniejsze 0pkt.

- **Hipoalergicznosc** - potwierdzona w karcie produktu – 10 pkt. ; brak potwierdzenia w karcie produktu 0 pkt.
- **Łatwość zakładania zaofferowanych produktów:** nakładanie z łatwym zapięciem na rzepy samoprzylepne - 10 pkt.; nakładanie gdy rzepy samoprzylepne się odklejają – 0 pkt.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Część 38; pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Część 38; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Część 38; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie takiej samej liczby punktów (przy ocenie parametrów oferowanych produktów) dla produktów chłonnych w pakietach 45 – 49 wyposażonych w elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, które nie posiadają elementu, który pozwala na rozciąganie ich do 1cm. Produkty, które chcemy Państwu zaoferować posiadają co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz elastyczny, rozciągliwy pas przedni, co stanowi alternatywę dla przylepcorzepów posiadających element rozciągliwy na 1cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Zwracamy się do zamawiającego o zmianę punktacji w Częściach 45 – 49 w punkcie oceny jakościowej w pozycji 1: „Obecność ściągaczy taliowych – min. 2 szt. = 20 pkt, mniej niż 2 szt. = 5 pkt” gdyż taki zapis przyznaje taką samą ilość punktów pielusze z jednym ściągaczem i pielusze bez ściągaczy.

Proponowany zapis:

- min. 2 szt. = 20 pkt,
- 1 szt. = 10 pkt,
- brak ściągaczy = 0 pkt

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 45, pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56cm i maksymalnym 96cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 46, pieluchomajtki w rozmiarze M o minimalnym rekomendowanym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 47, pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 48, pieluchomajtki w rozmiarze XL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 110cm i maksymalnym 170cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 49, pieluchomajtki w rozmiarze XXL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 163cm i maksymalnym 210cm o chłonności 2650g i pakowane po 32 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 49, pieluchomajtki w rozmiarze XXXL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 175cm i maksymalnym 250cm o chłonności 3080g i pakowane po 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 49, pieluchomajtki z system mocowania składającym się z dwóch szerokich przylepcorzepów oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w Częściach 45-49, pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 16

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia w Częściach 45-49, pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w Częściach 45-49 złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte od specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 50 piankę myjąco – pielęgnującą o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 51 krem ochronny z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 59, chusteczki nasączone, nawilżające, które posiadają inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SWZ, w rozmiarze 30 x 20 cm, pakowane a'48 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta (IZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w Części 9 w poz. 1 i 2 podkład bibułowy dwuwarstwowy perforowany co 24 cm?

Odpowiedź: Tak. Reszta SWZ bez zmian

Pytanie 22

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 0C, igieł, cewników zglębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Przetarg dotyczy materiałów opatrunkowych – zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 23

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 24

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 25

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Nie

Uczestnik 2**Pytanie1 Część 24 poz.3,4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków 10x10cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 Część 24 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków 10x30cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Uczestnik 3**Pytanie 1 Część 4**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania a'5kg, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2 Część 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania około 5 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe na nośniku z gazy 20nitkowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 Część 8, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. z każdej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10 Część 8, pozycja 4-5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt., z każdej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11 Część 14, pozycja 1; część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12 Część 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z nerka plastikową?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13 Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia porodowego z serwetą z przylepcem na dłuższym, a nie na krótszym boku?

Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14 Część 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na nogi jałowe z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², w rozmiarze 70 x 120 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15 Część 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16 Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17 Część 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18 Część 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21 Część 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22 Część 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 23 Część 31, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24 Część 31, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25 Część 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26 Część 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 27 Część 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wkład chłonny w rozmiarze 55x78cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28 Część 34

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 29 Część 37, pozycja 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii wykonanej z poliuretanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30 Część 37, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 15 x 26 cm, część lepna 15 x 20 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31 Część 37, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm, część lepna 42 x 36 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 32 Część 37, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 52 x 60 cm, część lepna 46 x 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 33 Część 37, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 49 x 45 cm, część lepna 55 x 45 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 34 Część 37, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki z każdej pozycji, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 35 Część 40, pozycja 1-5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 36 Część 41, pozycja 6-8

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania zbiorczego z każdej pozycji, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37 Część 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400ml, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 38 Część 50

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania, ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzania oceny jakościowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 39 Część 53, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 40 Część 56, pozycja 1; Część 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 41 Część 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serweta podfoliowaną 75 x 80 cm z otworem owalnym 6 x 15 z przyłepcem wokół otworu? (w miejsce serwety 45x38 cm z otworem owalnym/kwadratowym o wymiarach 8x15 cm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42 Część 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 43 Część 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serweta podfoliowaną 45 x 45 cm (zamiast 45 x 38 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 44 Część 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 250g/op, co odpowiada 200ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 5

Pytanie nr 1 – dotyczy część 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o długości 6,5m w stanie swobodnym o poniższych sposobach aplikacji:

- pozycja 1 – „palec/paluch”;
- pozycja 2 – „dłoń/stopa”;
- pozycja 3 – „udo/kolano”;
- pozycja 4 – „głowa”;
- pozycja 5 – „tors dziecka”;
- pozycja 6 – „tors dorosłego”.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy część 13 poz. 1-2

Uprzejmie proszę o podanie ilości wymaganych próbek w pakiecie nr 13 pozycja 1 oraz 2.

Odpowiedź: 2 szt. poz. 1; 2 sztuki poz. 2.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 90x75cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza; otwór na środku.

Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów (dostarczanych do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy) o gramaturze 30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Części nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 90x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy zapisów projektu umowy

Zgodnie z art. 436 ust 3 ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o bezwzględne umieszczenie we wzorze umowy informacji o łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez dopisanie w paragrafie 6 ustępu 9 o treści: „Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.5 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych przekroczy 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia”.

Uczestnik 6

Pytanie 1 CZĘŚĆ 50

Poz.1 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktu posiadającego w składzie substancje odpowiadające za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 CZĘŚĆ 51

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści krem Octenisept repair creme, przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, łuszczącej się i popękanej, wspomaga regenerację naskórka w fazie epitelizacji, redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu np. przy nietrzymaniu moczu. Zawierający w składzie octenidynę, pantenol, bisabolol oraz wazelinę.. Kosmetyk, op. 50 ml.

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 7

Pytanie 1 Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 100x150 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pakiet a 3 sztuki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45x45 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6 Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą przylepną posiadającą przylepiec na dłuższym boku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7 Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m²?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8 Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m² w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9 Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m² w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10 Pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m²

Odpowiedź: TAK

Uczestnik 8

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 6 na gazę niejałową zakwalifikowaną w klasie II A regule 7?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Części 8 pozycji 1-3 dopuści opaski dziane podtrzymujące wykonane w 50% z przędzy wiskozowej oraz w 50% z przędzy poliestrowej, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8 pozycji 4-5 dopuści opaski elastyczne tkane z zapinką wykonane w 100% z przędzy typu lycra, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 11 gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu zgodnie z EN ISO 11135-1, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 9

Pytanie 1 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści siatki o długości min. 10 metrów – mierzonej w stanie relaksacyjnych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga ligniny, która jest wyrobem medycznym zapakowanej w opakowaniu foliowym chroniącym przed zawilgoceniem?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 3 Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie opasek nawiniętych na plastikowy perforowany trzpień, który ułatwia równomierne namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy odciskaniu o czasie namaczania 5s?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swym składzie nerkę plastikową zamiast tekturowej? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6 Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie typu blister nie posiadające dwóch samoprzylepnych metek?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7 Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane A'5szt. lub A'10szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8 Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w rogu serwety? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9 Pakiet 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 5-9 kg?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10 Pakiet 38, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 8-18 kg?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11 Pakiet 40, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic o długości 5m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12 Projekt umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy w paragrafie 1 ust. 3 określił, iż zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany ust. 4 o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy dopisać słowa „, , chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 5 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 5 ust. 2 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia niedostarczonego w terminie”? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została częściowo zrealizowana w terminie a zwłoka dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niedostarczonych w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów niedostarczonych w terminie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia”? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wymianie towarów wadliwych była naliczana od wartości wadliwych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby wadliwa była tylko część towarów objętych zamówieniem, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów wadliwych, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów wadliwych. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w razie wynikającej ze zmiany przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT; bądź w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen, w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 Pakiet 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowne A4 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19 Pakiet 49, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane A*10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20 Pakiet 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu zawierającym 200ml jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21 Pakiet 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki zawierające zamiast wyciągu z rumianku, biokompleks lniany w op. 52 sztuki jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22 SIWZ:

W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób medyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu będzie on w pełni identyfikowalny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w dowolnym rozmiarze z jednorodnej grupy produktowej, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? Produkty są produktami jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem i sposobem pakowania, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 10

Pytanie 1 Część 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych o długości ok. 12 metrów w stanie relaksacyjnym? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2 Część 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny, która nie jest wyrobem medycznym a higienicznym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Część 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do cewnikowania:

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4 Część 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do cewnikowania (gramatura serwet włókninowych 55 g/m²):

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5 Część 16:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na nogi, jałowych, z włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 55 g/m², w rozmiarze 75cm x 120cm, pakowanych po 2 sztuki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6 Część 17:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m² z otworem o średnicy 7cm - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami swz?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7 Część 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m², w rozmiarze 90cm x 150cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8 Część 20:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w pakiet a' 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 Część 28:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m², w rozmiarze 45cm x 37,5cm lub 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak 50x50

Pytanie 10 Część 29, 30, 31, 55:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet i kompresów posiadających jedną etykietę samoprzylepną z nazwą, kodem, numerem serii i datą ważności?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11 Część 29, 55:

Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu (wyrób gotowy)? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odpowiedź: Dopuszcza nie wymaga

Pytanie 12 Część 30:

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a' 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13 Część 41:

Czy Zamawiający wymaga, aby na papierze pokrywającym włókninę nadrukowana była skala ułatwiająca docinanie taśmy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14 Część 42:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku z siatki bawełnianej impregnowanego neutralną maścią, w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15 Część 43:

Poz. nr 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem Zamawiającego, ale posiadającego w swoim składzie igłotrzymacz 14cm zamiast 13cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16 Poz. nr 18

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem Zamawiającego, ale posiadającego w swoim składzie stażę bezłateksową 50cm x 1,8cm zamiast 45cm x 1,8cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17 Poz. nr 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy opatrunkowej 1m2, 17 nitek, jałowej ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18 Część 50:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pianki pochłaniającej zapach moczu w opakowaniach o pojemności 400 ml?
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami swz.

Odpowiedź:

Pytanie 19 Część 50, 51, 59:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów zarejestrowanych jako kosmetyki i posiadających stawkę VAT 23%?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20 Część 53:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety jałowej z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m2?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 11

Pytanie 1 Część 1, poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Część 6 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. (w rolce) z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Część 8, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4 Część 8, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5 Część 9, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie ilości za opakowanie handlowe w postaci jednej rolki o dl. 50 mb z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź: Ilość rolek zgodnie z SWZ

Pytanie 6 Część 11

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7 Część 27, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 34/PN/MN/2021 z dnia 17/08/2021r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach