

Suwałki, dnia 08/11/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.538/46/TP/MN/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 46/TP/MN/2021**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1 - dotyczy Rozdziału nr 9 podpunktu 4.4 punktu b dla pakietu nr 117 i 137 :**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania uprawnień w zakresie obsługi, pomiarów i dozoru urządzeń elektrycznych (np. SEP) dla powyższych pakietów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2 - dotyczy Rozdziału nr 9 podpunktu 4.4 punktu c dla pakietu nr 117 i 137 :**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu szkoleniowego i serwisowego w zakresie aparatury medycznej wymienionej w pakiecie nr 117 oraz 137

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu szkoleniowego i serwisowego w przypadku dystrybutora aparatury medycznej i autoryzowanego serwisu dla pakietu 117 i 137.

**Uczestnik 2**

**Pakiet 140**

**Pytanie 1**

Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.11.2021 strona 13 pytanie 1 dotyczy pakietu 140: Zgodnie z odpowiedzią aparaty HS70A, WS80A w okresie od 28.11.2022 do 31.12.2023 będą już po gwarancji. Jeżeli ostatnie przeglądy gwarancyjne zostaną wykonane w listopadzie 2022 roku wówczas w terminie do 31.12.2023, zgodnie z zaleceniami producenta, wystarczające jest wykonanie jednego przeglądu każdego z aparatów. W związku z powyższym prosimy o modyfikację załącznika nr 1 pakiet 140 poprzez zmianę ilości przeglądów dla tych aparatów oraz zmianę w tabeli „uwagi dotyczące zawarcia umowy” poprzez modyfikację zapisu na „umowa do dnia 31.12.2023”.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik „formularz asortymentowo – cenowy” zgodnie z powyższymi uwagami.

**Uczestnik 3**

**Dotyczy pakietów nr 13, 16, 118**

W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 04.11.2021 (Uczestnik nr 18) prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie równoważnego środka dowodowego do certyfikatu autoryzacji producenta w postaci certyfikatu ISO 13485 potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019, poz. 2019) w obowiązującym strony postępowania brzmieniu cyt.: „Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria”.

Brak akceptacji dla wnioskowanej zmiany stworzy barierę formalną dla wszystkich firm – serwisów, poza producentami lub upoważnionymi przez nich podmiotami

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00  
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: [wojewodzki@szpital.suwalki.pl](mailto:wojewodzki@szpital.suwalki.pl),  
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,  
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Wykonawca jako konkurencyjny i niezależny od producentów aparatury serwis, nie ma z producentami żadnej relacji biznesowej. Oznacza to tym samym oczywisty brak możliwości dysponowania certyfikatem autoryzacji producenta.

Wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością ISO 13485:2016 stanowi potwierdzenie stosowania tych samych standardów, co producent wyrobów medycznych, obejmujące m.in. posiadanie określonego przez wytwórcę potencjału technicznego, aktualnych i ważnych instrukcji serwisowych oraz wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z wytycznymi producenta. Standardy te podlegają regularnym audytom przeprowadzanym przez certyfikowane jednostki akredytujące.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o akceptację dla złożonego wniosku.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 46/TP/MN/2021 z dnia 05/10/2021r.

Z poważaniem  
**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach