



Poznań, 28.12.2021 r.

ADZP-381-42/21

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na wyjaśnienia w sprawie SWZ, oraz modyfikacji
Projektowanych Postanowień Umowy.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: **"Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr.1 pozycji nr.1 imadło chirurgiczne o długości 20 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr.1 pozycji nr. 7 kulociąg o długości 24 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 3: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 1 pozycji nr.12 kleszczyki o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 4: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 14 amniotom o długości 26 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 5: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 15 skrobaczkę o długości 31 cm, szer. 21 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 6: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 16 skrobaczkę o długości 34 cm, szer. 25 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 7: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 17 skrobaczkę o długości 34 cm, szer. 30 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 8: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 18 wziernik o wymiarach 115x45 mm , długości 24 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 9: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 19 wziernik o wymiarach 115x60 mm , długości 24 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 10: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 21 oraz 40 kleszczyki o nazwie własnej Foerster długości 25 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 11: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 22 zacisk o długości 35 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 12: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr1 pozycji nr.23 zacisk o długości 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 13: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 30 imadło chirurgiczne o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 14: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr.42 sondę o długości 32 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 15: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 43 kleszczyki o długości 23 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 16: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 48 nożyczki chirurgiczne o długości 14,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 17: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 50-51 kleszczyki o długości 12,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 18: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 59 rozwieracz o długości 28 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 19: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 61 kleszczyki o długości 24 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 20: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 63 pętlę o długości 16,5 cm, szer. 3 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 21: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 65 wziernik o długości 15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 22: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 72 pęsetę o nazwie własnej Lucea Adson o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 23: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 74 kleszczyki o długości 18,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 24: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 79 kleszczyki o długości 23 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 25: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 84 watomotrzymacz o nazwie własnej Farrel ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 26: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr.85 watomotrzymacz o długości 16,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE 27: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 89 nożyczki o długości 11 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 28: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 93-94 kleszczyki o nazwie własnej Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 29: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr.95-96 kleszczyki o nazwie własnej Micro Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 30: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 98-99 igłotrzymacz o nazwie własnej Mayo Hegar, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści..

PYTANIE 31: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr.110-111 pęsetę o długości 10,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści..

PYTANIE 32: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 115-117 hak o długości 14,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 33: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 118-119 pętle o długości 16,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 34: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr. 121-125 kleszczyki o długości 8,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 35: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr.126-134 wzierniki o długości od 131,2 mm do 143,9 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 36: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej części przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 Umowy; jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy.

b) w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy którego dotyczy zwłoka w podejmowaniu napraw objętych gwarancją za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 5 ust. 13 pkt. 2 Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

c) w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonych w terminie narzędzi zastępczych o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy narzędzi oddanych do naprawy, za każdy dzień zwłoki

w dostarczeniu narzędzi zastępczych w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 20, Umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonych w terminie narzędzi zastępczych**

d) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 37: Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

PYTANIE 38: Zamówienie częściowe nr 2: Zakup i dostawa narzędzi laparoskopowych


Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia kompleksowej regeneracji narzędzi / urządzeń opisane w § 2 pkt. 4 wzoru umowy (ostrzenie, odnowa powierzani, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymianę twardych wkładek zgodnie z procesem)? Zużyte wyroby medyczne tego rodzaju podlegają odpłatnej wymianie na nowe przez producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia kompleksowej regeneracji narzędzi / urządzeń dla zamówienia częściowego nr 2.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 i 7 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikację SWZ - załącznik nr 4 wzór umowy

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk +48 61 850 62 295, agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl