



Pismo: NZ/05/D/P/AC/2022/12/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy odczynników laboratoryjnych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych."** – znak sprawy **NZ/05/D/P/AC/2022**.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie 1 pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 48 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 384 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 432 testów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 pakiet 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby odczyt testu był manualny (wizualny) i opierał się na zasadzie zmiany zabarwienia studzienek reakcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 pakiet 3 – Czy Zamawiający wymaga, aby płytka testowa miała możliwość dzielenia na pojedyncze oznaczenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 pakiet 3 – Czy Zamawiający pod pojęciem "certyfikat do diagnostyki medycznej" rozumie certyfikat CE/IVD?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 2 - pytania do zadania 2

Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 Dotyczy SWZ pkt 9.2 pkt 3.4, oraz pkt 5 formularza cenowego „Wymagania wobec Wykonawcy”- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączania do każdej dostawy/ serii

certyfikatu kontroli jakości i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty kontroli jakości oraz instrukcje, karty charakterystyki?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytania do Umowy:

Pytanie 3 §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Numer telefonu do kontaktu ze strony Wykonawcy wyznaczony całodobowo w przypadkach pilnych zamówień „cito”..... lub adres email:”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie zapisu poprzez

dopuszczenie możliwości składania zamówień również za pośrednictwem emaila. Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamówienia będą składane e-mailem na adres:lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca w najbliższym czasie planuje zrezygnować z użytkowania faksu. W obawie o sprawne odbieranie zamówień zwracam się z prośbą o odstąpienie od tej formy składania zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości oraz karty bezpieczeństwa produktu – dotyczy zad. nr 2 oraz certyfikat do diagnostyki medycznej – dotyczy zad. nr 3. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego lub nie dostarczy brakującego towaru w terminie 10 dni od daty uznania reklamacji ze skutkami określonymi w § 7 ust. 4.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 §5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 §7 ust. 3 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 10 umowy przekraczającego 3 dni robocze Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest po uprzednim udokumentowaniu poniesionych kosztów do zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy w cenie wynikającej z ceny określonej w niniejszej umowie a ceny zakupu dokonanej u podmiotu trzeciego.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie § 7 ust 3 pkt 2: „„zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 10 umowy przekraczającego 3 dni robocze Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 120 % różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.

Pytanie 9 §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 3

Pytanie 1 Pakiet 2

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie pasków z gradientem stężeń antybiotyki na nośniku z trwałej bibuły?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Pytania do umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4 (§ 7 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z przepisami.

Odpowiedź: § 7 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy.”

Pytanie 5 Prosimy o modyfikację § 2 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zgodnie z dotychczasową praktyką Zamawiającego pojedyncze zamówienie są nie niższe niż 150,00 złotych.

Pytanie 6 Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odpowiedź: Te rodzaju zmiany nie mają charakteru istotnego i mogą być dokonywane w każdym czasie, stosownie do przepisów PZP i dyrektywy 2014/24/UE.

Zestaw nr 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elektrod- oryginalnych producenta aparatu ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu firmy Alfa Wassermann?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw nr 5

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 testu zgodnie z załączoną metodyką? (ComASPTTM Colistin wcześniej SensiTest Colistin)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA