



**SZPITAL POWIATOWY**  
w Limanowej  
**Imienia Miłosierdzia Bożego**  
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2022-02-01

Pismo: NZ/3/D/P/LW/2022/11

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 5 zadaniach"** – znak sprawy **NZ/3/D/P/LW/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw 3

#### **Pytanie 1**

Pakiet 5

#### **Pozycja 1.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości roboczej 290 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 2**

#### **Pozycja 1.1 – 1.8**

Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

1/3

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

### Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 4:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Zestaw 4

#### Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 i 5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy.

**Odpowiedź:** . Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust 1 umowy nadając mu brzmienie: 1.

*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0, 5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia.*

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację § 7 ust 5 umowy.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia zapisy umowy w § 6 ust po dotychczasowej treści dodając: *Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: ..... z następujących adresów poczty e-mail Wykonawcy: ....., .....*

## **Zestaw 5**

### **Pytanie 1**

#### **Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 1 otworem centralnym i 2 otworami bocznymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

#### **Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały „zmrożoną” powierzchnię zewnętrzną, która zapobiega przywieraniu i ułatwia wprowadzanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**