



Poznań, dnia 04.02.2022 r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **sukcesywną dostawę helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli, nr sprawy ZP/5992/D/21.**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytanie i wyjaśnienie.

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty na butle z helem 4.6 i helem 5.0 o innej pojemności niż 1 m<sup>3</sup>?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez 1 rok 80m<sup>3</sup> helu 4.6 oraz 800m<sup>3</sup> helu 5.0.

W specyfikacji nie został określony rozmiar butli, lecz przyjmujemy, że najbardziej korzystny rozmiar butli dla obu stron to butla 50L 200bar.

Z-CA KANCLERZA  
ds. Logistyczno-Administracyjnych

mgr Maria Buzińska

