



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu

ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00

fax. 61 852 98 06

e-mail: kancelaria@szoz.pl

www.szoz.pl

NIP: 778-11-28-565

REGON: 630863117

ADZP-381-11/22

Poznań, 09.03.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na wyjaśnienia oraz modyfikacja w sprawie SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**PYTANIE 1**

Pytanie do zadania nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 6 poz. 7, 8, 9, 10, 11 – filtrów oddechowych. Wyłączenie tych pozycji z tego pakietu może spowodować, że Zamawiający otrzyma korzystniejsze oferty przetargowe.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji.**

**PYTANIE 2**

Pytanie do pakietu 6 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o korzystniejszych parametrach niż opisane w wg opisu dla ochrony respiratora i aparatów do znieczuleń. Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwpłatkowej 99,999%; o wadze max 23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 29,24 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla V<sub>t</sub>: 250ml: 35.4; 500ml: 26.5 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla V<sub>t</sub>: 250ml: 8.61; 500ml: 17.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej V<sub>t</sub> - 150 - 800 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.2.3 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, sterylne

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 3**

Pytanie do pakietu 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o parametrach wg opisu filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla V<sub>t</sub>: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla V<sub>t</sub>: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej V<sub>t</sub> - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, sterylne

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
tel. 61 850 62 00  
fax. 61 852 98 06

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
ul. Nowowiejskiego 56/58  
60-734 Poznań  
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny  
ul. Jarczewskiego 18  
60-235 Poznań  
tel. 61 866 50 12  
fax. 61 866 23 24

#### **PYTANIE 4**

Pytanie do pakietu 6 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra wg opisu Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 21 lub 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 26 lub 27ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 2,1 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, sterylny

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 5**

Pytanie do pakietu 6 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o parametrach niż opisane w wg opisu: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 29.1; 500ml: 19.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 14.84; 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 1,9 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, sterylny

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 6**

Pytanie do pakietu 6 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o parametrach wg opisu: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze 22 lub 23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 26 lub 30 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 1,6 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, sterylny

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 7**

zadanie 1, poz. 28

Czy zamawiający wydzieli poz.28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji.**

#### **PYTANIE 8**

zadanie 1, poz. 28

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC..

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 9**

zadanie 1, poz. 28

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 10**

zadanie 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 11**

zadanie 1, poz. 28

Czy zamawiający dopuści dren o długości 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 12**

**Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści rurki różnych Producentów, gdyż nie jest to istotny parametr, który nie wpływa na funkcjonowanie i przeznaczenie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 13**

**Pakiet 7, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego pcv z pojedynczą skalą centymetrową, pakowane w opakowanie typu banan uniemożliwiające przemieszczanie się, reszta parametrów zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 14**

**Pakiet 7, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego pcv z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 pierścieni oraz bezbarwnym drenem napełniającym mankiet, pakowane w opakowanie typu banan uniemożliwiające przemieszczanie się, reszta parametrów zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 15**

**Pakiet 7, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem o średnicy innej niż wymagana?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 16**

**Pakiet 7, Pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 17**

**Pakiet 7, Pozycja 3a**

Czy Zamawiający dopuści rurki o długości 100mm oznaczone rozmiarem 4?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 18**

**Pakiet 7, Pozycja 3b**

Czy Zamawiający dopuści rurki o długości 100mm oznaczone rozmiarem 3?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 19****Pakiet 7, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z niesilikonowanego, elastycznego pcv, ciasno pakowane w opakowaniu papier-folia, nie przemieszczające się wewnątrz?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 20****Pakiet 17**

W pakiecie 17 jest ten sam asortyment co w pakiecie 19, tylko 19 ma właściwy tytuł patrząc na zawarty w nim asortyment. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga dwukrotnej wyceny tego samego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.**

**PYTANIE 21****Pakiet 19, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły 0,9x40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 22****Pakiet 19, Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści igły bez filtra?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 23****Pakiet 19, Pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 500 pasków 45cm czy za 500 opakowań a'25 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji, oczekuje 500 op. a 25 szt.**

**PYTANIE 24****Część 3**

Prosimy o wydzielenie poz. 4, 5, 6, 9 do oddzielnego zadania (czujniki SpO2 i opaski do mocowania czujników SpO2). Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji.**

**PYTANIE 25****Część 3 Poz. 4, 5, 6,**

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 26****Część 3 Poz. 4, 5, 6,**

Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową zapewniającą dokładność pomiaru SpO2  $\pm 2\%$  w zakresie 70-100%.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 27****Część 3 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagi pacjenta 1-20 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 28****Część 3 Poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie opasek niesterylnych (mikrobiologicznie czystych).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 29****PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – PROJEKT UMOWY – dotyczy §6 ust. 4**

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 30**

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z oznaczeniem głębokości w postaci 2 półpięści?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 31**

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem kontrolnym znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 32**

Pakiet nr 2, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z podziałką co 100ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 33**

Pakiet nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, z pojedynczą skalą centymetrową, pakowane w opakowania papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 34**

Pakiet nr 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, pakowane w opakowania papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 35**

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z PE?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 36**

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3 o długości 90mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 37**

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4 o długości 100mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 38**

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 2 o długości 80mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 39**

Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z PE?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 40**

Pakiet nr 7, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, z oznaczeniem głębokości w postaci 2 półpięści, pakowane w opakowania papierowofoliowe zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 41**

**dotyczy pakietu 6 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego mikrobiologicznie czystego przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 42**

**dotyczy pakietu 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z generatorem do urządzeń typu Infant Flow z dodatkową gałęzią łączącą nawilżacz z respiratorem o długości 0,8 m przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 43**

Pytanie 1 dotyczy pakietu 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod pacjenta o wymiarach 215 cm x 100 cm i wadze 200 g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 44**

Pytanie 2 dotyczy pakietu 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę bez dodatkowej folii do przykrycia głowy i stóp, oraz bez zakładki do mocowania na stole?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 45**

Pytanie 3 dotyczy pakietu 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę z 2-ma otworami do podłączenia dmuchawy, gdzie nieużywany otwór jest nieaktywny aż do momentu oderwania perforacji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 46**

Pytanie 4 dotyczy pakietu 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta kołderki o dostosowaniu do urządzenia Bair Hugger?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 47**

Pytanie 5 dotyczy pakietu 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod pacjenta o wymiarach 160 cm x 80 cm i wadze 137 g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 48**

Pytanie 6 dotyczy pakietu 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę bez dodatkowej folii do przykrycia głowy i stóp, oraz bez zakładki do mocowania na stole?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 49**

Pytanie 7 dotyczy pakietu 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę z 2-ma otworami do podłączenia dmuchawy, gdzie nieużywany otwór jest nieaktywny aż do momentu oderwania perforacji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 50**

Pytanie 8 dotyczy pakietu 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta kołderki o dostosowaniu do urządzenia Bair Hugger?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 51**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 1-4: czy Zamawiający dopuści narzędzia posiadające symbol graficzny jednorazowego użytku po obu stronach każdego narzędzia co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz zapakowane pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z etykietą w postaci naklejki (a'25 sztuk w dyspenserze)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 52**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 1: czy Zamawiający dopuści metalowe nożyczki proste ostro-tępe 14 cm (+/-0,3)cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 53**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 2: czy Zamawiający dopuści metalowe nożyczki proste oczne ostro-ostre 11cm (+/-0,3)cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 54**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 2: czy Zamawiający dopuści metalowe nożyczki proste oczne ostro-ostre 15cm (+/-0,3)cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 55**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 3: czy Zamawiający dopuści metalowe nożyczki proste tępo-tępe 17 cm (+/-0,3)cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 56**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 4: czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną Adson 12,5 cm (+/-0,3)cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 57**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm ,
  - 1 x pęseta metalowa typu Adson 12,5 cm,
  - 3 x tufery gazowe średniej wielkości (20x20cm),
  - 5 x kompresy włókninowe 7,5x7,5cm
  - 1 x kleszczyki metalowe do igły Webster 13 cm,
  - 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm,
  - 1 x serweta barierowa, włókninowa 60 cm x 50 cm, z otworem przylepnym o średnicy 8 cm;
  - 1 x serweta barierowa, podfoliowana, nieprzylepna 75 cm x 45 cm ,
- zestaw zapakowany w opakowanie typu blister 2-komorowy, który może służyć jako nerka?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 58**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Pean 13 cm ,
  - 1 x pęseta metalowa typu Adson 12,5 cm,
  - 10 x kompresy gazowe średniej wielkości (7,5x7,5cm),
  - 1 x kleszczyki metalowe do igły Webster 13 cm,
  - 1 x nożyczki metalowe tępo-tępe 14,5cm,
  - 1 strzykawka 10 ml 2-częściowa LN TBIAL X,
  - 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa, opakowana,
  - 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona, opakowana,
  - 1 x serweta barierowa, włókninowa podfoliowana 60 cm x 50 cm, z otworem przylepnym owalnym o wymiarach 8x6 cm;
  - 1 x serweta barierowa, podfoliowana, nieprzylepna 60 cm x 50 cm ,
- zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE 59**

Zamówienie częściowe nr 12 poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Pean 13 cm ,
- 1 x pęseta metalowa typu Adson 12,5 cm,
- 6 x tufery gazowe średniej wielkości (20x20cm),
- 1 x kleszczyki metalowe do igły Mayo Hegar 13 cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm,
- 1 strzykawka 10 ml 2-częściowa LN TBIAL X,
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa, opakowana,
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona, opakowana,

1 x serweta barierowa, włókninowa podfoliowana 75 cm x 45 cm, z otworem nieprzylepnym o średnicy 8 cm;

1 x serweta barierowa, podfoliowana, nieprzylepna 60 cm x 50 cm ,  
zestaw zapakowany w opakowanie typu blister 3-komorowy, który może służyć jako nerka?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 60**

Dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **PYTANIE 61**

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 6 pkt 4 wzoru umowy do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 pkt 4 wzoru umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku koniecznością dokonania modyfikacji SWZ informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2022-03-11** godz. **09:00** na dzień **2022-03-16** godz. **09:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2022-03-11** godz. **10:00** na dzień **2022-03-16** godz. **10:00**.


Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikację SWZ w pkt. 15.1, 17, 18.1 oraz modyfikacje załączników do SWZ:

- formularz cenowy załącznik nr 2 do SWZ

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 850 62 295, [karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl](mailto:karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)