



**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu**

ul. Bolesława Kryświczka 7/8, 61-825 Poznań
adres korespondencyjny: ul. Adama Wrzóska 1, 60-663 Poznań

ING Bank Śląski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
e-mail: kancelaria@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147

Poznań, 06.05.2022 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-97/22

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup akcesoriów do kardiomonitorów**”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 04-05.05.2022r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 14) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 – dot. wzoru umowy, §2 pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści akcesoria, które nie są wyrobem medycznym, jednakże są specjalnie zaprojektowane i przeznaczona przez wytwórcę do stosowania łącznie z innymi wyrobami medycznymi, w celu umożliwienia ich używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, co stwierdza Art. 2.1. ppkt. 33 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. 1010 nr 107 poz. 679 z późn. zm. oraz dyrektywa 93/42/EEC? Dot. pozycji nr 10, 19 i 23 formularza cenowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy, §8 pkt. 1a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne naliczenie kary w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy? Przedmiot umowy zawiera wiele pozycji, a kara za opóźnienie dostawy jednej pozycji, liczona od wartości całej umowy, byłaby nieadekwatna do poniesionej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji.

Pytanie nr 3 - poz. 1- czy zapotrzebowanie dotyczy kpl.. a' 3szt

prosimy o dopuszczenie elektrody z hydrożelem o wymiarach 23x30 mm z przewodem 50 cm zakończonym wtykiem DIN.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompletu po 3 sztuki. Wymagamy 38 kompletów.

Pytanie nr 4 -poz.2, prosimy o dopuszczenie przewodu o dł. 0,9 m i jednej taśmy mocującej (piankowej, zapinanej na velcro) dostarczanej w kpl.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - poz. 3, prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru

SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)

prosimy o wskazanie przedziału wagowego pacjenta - dostępne są czujniki dedykowane dla zakresu <3kg i >30kg, 1-20 kg,

10-50kg,

prosimy o odstąpienie od wymogu "zwalidowany do pomiarów ruchu i przy niskiej perfuzji" - informujemy że te 2 czynniki są artefaktami, które wpływają na dokładność pomiaru niezależnie od stosowanego wyrobu czy technologii pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - poz. 4 prosimy o dopuszczenie dł. 18,7 cm i szer. 4,2 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 - poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 23 cm i szer. 5,2 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 - poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozm. 9-14,5 cm i dł. 25 cm i szer. 6 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14 cm i pokrucia wykonanego z poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - poz. 8 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 i szer. 9,5 cm

prosimy o odstąpienie od wymogu zaokrąglonych brzegów, w przypadku gdy mankiet wykonano z miękkiego poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 - poz. 9 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 i szer. 11,5 cm

prosimy o odstąpienie od wymogu zaokrąglonych brzegów, w przypadku gdy mankiet wykonano z miękkiego poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 - poz. 12 prosimy o dopuszczenie dł. 0,6m lub 1m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 - poz. 13 prosimy o dopuszczenie dł. 2,4 m lub 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 - poz. 14 i 15 prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z Oximax, dla pacjentów o wadze >50 kg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 - poz. 15, prosimy o dopuszczenie dokładności pomiaru 70-100% $\pm 2\%$ lub 90-100% $\pm 2\%$, 70-100% $\pm 4\%$.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 - poz. 16 prosimy o dopuszczenie opaski do użytku u jednego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 - poz. 17 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 27-35 i szer. 14,5 cm oraz dł. 50 cm

prosimy o odstąpienie od wymogu zaokrąglonych brzegów, w przypadku gdy mankiet wykonano z miękkiego poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 - poz. 18 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-44 i szer. 17,5 cm oraz dł. 55 cm

prosimy o odstąpienie od wymogu zaokrąglonych brzegów, w przypadku gdy mankiet wykonano z miękkiego poliuretanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 - poz. 21 prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 - prosimy o wydzielenie poz. 10, 22 i 23 do oddzielnego zadania ponieważ osprzęt ten oferuje tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 - Dotyczy poz. 1-23, Czy Zamawiający dopuści wyroby wykonane z technologii/materiałów/parametrach równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż te opisane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 - Dotyczy poz. 1 , Czy Zamawiający dopuści elektrody z przewodem 61 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 - Dotyczy poz. 2, Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 - Dotyczy poz. 4-6, 8-9, 17-18, Czy Zamawiający dopuści mankiety o nieznacznie różniących się wymiarach, przeznaczone dla pacjentów o wymaganym obwodzie ramienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 - Dotyczy poz. 5, Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu 7-14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 - Dotyczy poz. 7, Czy Zamawiający dopuści jednokolorowe mankiety dla obwodu 10-15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 - Dotyczy poz. 8, Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu 14-21 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28, Dotyczy poz. 10. Prosimy o podanie nr kat adaptera obecnie stosowanego/ nr referencyjnego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Kompatybilny z czujnikiem Capnostat 5 Respirationics.

Pytanie nr 29, Dotyczy poz. 11, Czy Zamawiający dopuści kable o długości 3m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30, Dotyczy poz. 15, Prosimy o podanie monitora/technologii, w jakiej ma być wykonany czujnik.

Odpowiedź: Nelkor Oxi Max.

Pytanie nr 31, Dotyczy poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu 27-35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 32 - Dotyczy poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu 34-43 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 - Dotyczy poz. 19, Czy Zamawiający dopuści wąż o długości 3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, pozostałe warunki bez zmian.

Pytanie nr 34 - Dotyczy poz. 20, 21, Prosimy o podanie nr kat czujnika obecnie stosowanego/ nr referencyjnego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Respirationics Lo Flo.

Pytanie nr 35- Dotyczy poz. 20, 21, Prosimy o podanie nr kat linii obecnie stosowanego/ nr referencyjnego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Respironics Lo Flo.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 15) Ogłoszenia o zamówieniu informuje o modyfikacji wzoru umowy, formularza cenowego oraz przesunięciu terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia **09.05.2022r na dzień 11.05.2022r.** Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, +48 61 61 62 559, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl