



Limanowa dnia: 2022-06-03

Pismo: NZ/28/D/P/L/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 4 zadaniach asortymentowych”** – znak sprawy **NZ/28/D/P/L/2022**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w poz. nr 1; 2; 3 w celu uzyskania porównywalnych ofert mógłby doprecyzować jakie ilości elementów blokujących mają się składać na 1 komplet. Ujednolicenie ilości elementów blokujących będzie miało wpływ na porównywalne i konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Potencjalni Wykonawcy mogą posiadać różne systemy blokowania gwoździ dlatego Zamawiający nie określa ich rodzaju i ilości. Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować rodzaj i ilości niezbędne do wykonania podstawowych zespoleń dla określonej w formularzu asortymentowo – cenowym ilości gwoździ.

Zadanie nr 4. 1. Czy Zamawiający zamiast gwoździ opisanych w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych typu Gamma o następujących parametrach:

Śródszpikowy gwóźdź kaniulowany typu Gamma do zespoleń złamań okołokrętarzowych kości udowej z 6 stopniową antetorsją o kącie szyjkowo - trzonowym 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-11mm w wersji krótkiej dł. 180-240mm, oraz w wersji długiej lewy i prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem zapobiegającym migracji o średnicy 11mm, długość od 70-120mm wraz ze śrubą kompresyjną, możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w celu uzyskania porównywalnych ofert mógłby doprecyzować jakie ilości elementów blokujących mają się składać na 1 komplet. Ujednolicenie ilości elementów blokujących

będzie miało wpływ na porównywalne i konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Potencjalni Wykonawcy mogą posiadać różne systemy blokowania gwoździ dlatego Zamawiający nie określa ich rodzaju i ilości. Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować rodzaj i ilości niezbędne do wykonania podstawowych zespołów dla określonej w formularzu asortymentowo – cenowym ilości gwoździ.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

1. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego?

Odpowiedź: Zamawiający nadaje §7 ust 2 następujące brzmienie:

W przypadku nieterminowego zrealizowania dostawy częściowej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy między ceną wskazaną w ofercie a ceną zamówienia zastępczego.

3. Czy zamawiający usunie słowo "wszelkie" w §7 ust. 1 i ust. 2, oraz czy zamawiający doprecyzuje w ust. 1, iż niewykonanie umowy musi być zawinione przez Wykonawcę?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny, a co za tym idzie wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Zamawiający nadaje §7 ust 1 następujące brzmienie:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada wykonawca

4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 2% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

5. Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

6. Czy Zamawiający dookreśli w §16 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści również gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa $\varnothing 15.6\text{mm}$. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa $\varnothing 10.5\text{mm}$ z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej $\varnothing 5\text{mm}$, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna $\varnothing 5\text{mm}$, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180mm, $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13\text{mm}$, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- 260 - 460mm, średnica $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13\text{mm}$, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba antyrotacyjna, zaślepka, śruba blokująca.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA