



Poznań, dnia 24.06.2022r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej” – 10 części, nr sprawy ZP/0484/D/22.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

*Opis techniczny dla Części 1. Poz. 3. Spektrometr Ramana*

*Pytanie: czy podane jednostki w opisie wymaganych zakresów pomiarowych, 450-1800 nm i 400-1800 nm są prawidłowe? Specyfika pomiaru Ramana przy wzbudzeniu 785 nm wskazywałaby raczej na wartości w/wym zakresów w  $\text{cm}^{-1}$ , proszę o potwierdzenie.*

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza błąd w tym zakresie. Prawidłowe jednostki w opisie tego spektrometru to  $\text{cm}^{-1}$ .

PROREKTOR  
*Michał Banaszak*  
prof. dr hab. Michał Banaszak