



Poznań, dnia 30.06.2022r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej” – 10 części, nr sprawy ZP/0484/D/22.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi:

Pytania:

Część 7:

1. Czy dopuszcza się regulację temperatury co 0,1°C?
2. Czy dopuszcza się zasilanie 230V?
3. Czy dopuszcza się obciążenie półki 25 kg?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza regulację temperatury co 0,1°C.
2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia urządzenie ma być przystosowane do zasilania trójfazowego 400V/50 Hz.
3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia urządzenie ma mieć co najmniej jedną półkę ze stali nierdzewnej o obciążeniu co najmniej 30 kg.

Z upoważnienia Rektora

PROREKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. kadr i rozwoju

prof. dr hab. Tadeusz Wallas