

KRAKÓW dnia: 2022-07-14

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej."** – znak sprawy **KA-2/073/2022.**

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Pytanie nr 1- dotyczące zadanie nr 4 - umowa

Czy w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa jest w zmienionych zapisach umowy (§ 6. ust. 6 oraz § 6 ust. 15) "Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zabrany do naprawy", przez sprzęt o parametrach nie gorszych można rozumieć moduł skanujący o parametrach metrologicznych nie gorszych od sprzedanego w ramach tej umowy, ale o liczbie kanałów pomiarowych równej 32?

Pytanie nr 2 - dotyczące zadanie nr 3- parametry akcelerometrów

Parametry akcelerometrów dla Zadania nr 3 podane w załączniku nr 1 postępowania są trudne (aby nie powiedzieć niemożliwe) do spełnienia, mając na uwadze akcelerometry znajdujące się w ofercie czołowych producentów. W szczególności zwracamy uwagę na parametry akcelerometrów niskoczęstotliwościowych, dla których podana wymagana czułość 10mV/g oraz zakres pomiarowy 500g wyraźnie stoją w sprzeczności z wymaganiem pomiaru niskich częstotliwości oraz zakładaną dokładnością (rozdzielczością pomiarową). Być może doszło do pomyłki, która niestety powoduje znaczne ograniczenie w możliwości zaoferowania rozwiązania spełniającego planowane przez Państwa cele. Uprzejmie proszę o weryfikację podanych wymagań mając na uwadze funkcjonalność planowanego przez Państwa systemu pomiarowego lub potwierdzenie, że podane parametry są prawidłowe i wymagane bez żadnego wyjątku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad 2

Zamawiający w zakresie zestawu akcelerometrów niskoczęstotliwościowych rezygnuje z określonego w SWZ warunku czułości urządzenia równej 10mV/g lub równoważnej oraz obniża wymagania w zakresie wagi czujnika z: poniżej 3gram do poniżej 10gram. Pozostałe parametry określone w SWZ (w szczególności: Zakres pomiarowy od 0.1Hz, Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz oraz zakres pomiarowy do 500g) pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że aktualna odpowiedź zmienia odpowiedź z dnia **11.07.2022** na **pytanie nr 4 (dotyczące zadanie nr 3)- w zakresie zmiany parametrów.**

Uwaga!!!

Zamawiający przypomina, iż w związku ze zmianami - dopuszczeniem urządzeń o parametrach innych niż określone w SWZ w zadaniach 3 i 5, dopuszcza modyfikację przez Wykonawcę formularza ofertowego odpowiednio do zaoferowanych przez siebie urządzeń (dopuszczonych powyższymi odpowiedziami). Wszystkie zmiany na formularzu oferty Wykonawca zaznaczy np. kolorem czerwonym wyróżnienia tekstu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu **14.07.2022** wydłużył terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą:

- składania ofert, z dnia **2022-07-15** godz. **10:30** na dzień **2022-07-20** godz. **10:30**,
- otwarcia ofert, z dnia **2022-07-15** godz. **11:00** na dzień **2022-07-20** godz. **11:00**,
- termin związania ofertą z dnia **2022-08-11** na dzień **2022-08-18**.