



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu

ul. Adama Wrzosa 1, 60-663 Poznań

ePUAP: /SZOZ\_Poznan/skrytkaESP

REG Bank Słaski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 6332 1192

ul. St. 61 612 000  
e-mail: kancelarnia@szoz.pl  
www.szoz.pl  
NIP: 783 11 28 565  
REGON: 630863147

ADZP-381-39/22

Poznań, 18.07.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na pytania w sprawie SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego tj. masek krtaniowych, anestetycznych, tlenowych oraz elektrod**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**PYTANIE 1:**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 9 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 9 ust. 1c wskazał: 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: c) w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 9 ust 1c wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1%.?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**PYTANIE 2: Pakiet nr 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dorosłych w rozmiarze 50

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 3: Pakiet nr 4 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dorosłych w rozmiarze 42

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 4: Projekt umowy par. 1 ust. 4**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającego konieczność przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku istotnej zmiany zawartej umowy a za taką należałoby rozumieć przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi.

Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu.

Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot).

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami.**

**PYTANIE 5: Projekt umowy – par. 3 ust. 4**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami.**

**PYTANIE 6: Zamówienie częściowe nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębników bez dodatkowych otworów bocznych, długość 24 cm, pozostałe właściwości według opisu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 7:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników całkowicie kontrastujących w RTG, nie wymagających stosowania odrębnych linii RTG, pozostałe właściwości według opisu.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 8: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie masek i drenu dł. drenów 2 m.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 9: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 1-3**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 10: do zadania 2 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie maski anestetyczna (twarzowa), jednorazowego użytku rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z miękkiego przezroczystego materiału bez lateksu, z miękką poduszką ułatwiającą przyleganie do twarzy (nienadmuchiwanie), bez zaworu regulacji ciśnienia, rozmiar kodowany kolorem, łącznik 15mm dla rozmiaru 1,2 pozostałe maski łącznik 22mm. Produkt z PCV, zawiera ftalany.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 11: do zadania 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie Maski krtaniowa jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przewodu pokarmowego i zapewnia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe). Wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maski wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonkę mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: (1) <5 kg/6F; (1.5) 5-10 kg/6F; (2) 10- 20 kg/10F; (2.5) 20-30 kg/10F; Produkt sterylne, pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.**



**PYTANIE 12: do zadania 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie maska krtaniowa jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przewodu pokarmowego i zapewnia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe). Wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonkę mankieta ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej (3)30-50 kg/14F; (4) 50-70 kg/14F; (5) 70-100 kg/14F. Produkt sterylizowany, pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 13: do zadania 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego anestetyczny dla dorosłych z rur karbowanych rozciągliwych o średnicy 22mm i długości od 62 do 180 cm oraz gałąź do worka od 31 do 90 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y rozwartą transparentny, kolanko portem kapno oraz koreczkiem na pętelce, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, worek oddechowy 2L, łącznik prosty 22M/22M. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 14: do zadania 2 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego anestetycznego dla dzieci z rur karbowanych rozciągliwych o średnicy 15mm i długości do 180 cm oraz gałąź do worka do 120cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y rozwartą transparentny, kolanko portem kapno oraz koreczkiem na pętelce, worek oddechowy 1L. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 15: do zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa łyżka, ze stopu stali nierdzewnej, nie magnetycznej, o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, tj. zgodnie z ISO-7376, mocowanie zatraskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, dokonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, w celu lepszej transmisji światła włókno światłowodu osłonięte jest w bezbarwnym płaszczu akrylowym, światłowód dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej. Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przezroczyste tworzywo, dające użytkownikowi pewność świecenia światłowodu w trakcie intubacji. Na łyżce widoczny typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórzenia, nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Dostępne w rozmiarach Mac.0-4 Opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Dostępne w rozmiarach Mac.0 o długości całkowitej 84mm, szerokość końcowa łyżki 9,5mm; Mac1 o długości całkowitej 94mm, szerokość końcowa łyżki 9,5mm, Mac2 o długości całkowitej 103mm, szerokość końcowa łyżki 11,5mm, Mac3 o długości całkowitej 132mm, szerokość końcowa łyżki 15mm, Mac4 o długości całkowitej 162mm, szerokość końcowa łyżki 15mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 16: Pakiet 6, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 17 – dotyczy pakietu 5 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek w rozmiarze uniwersalnym pediatrycznym, które dzięki unikatowej konstrukcji ściśle przylegają do małych i dużych twarzy pacjentów, zwiększając skuteczność terapii. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 18 – dotyczy pakietu 5 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, które dzięki unikatowej konstrukcji ściśle przylegają do małych i dużych twarzy pacjentów, zwiększając skuteczność terapii. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 19 – dotyczy pakietu 5 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów nebulizatora z maską w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, które dzięki unikatowej konstrukcji ściśle przylegają do małych i dużych twarzy pacjentów, zwiększając skuteczność terapii. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 20 – dotyczy pakietu 5 poz. 6**


Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów nebulizatora z maską w rozmiarze uniwersalnym pediatricznym, które dzięki unikatowej konstrukcji ściśle przylegają do małych i dużych twarzy pacjentów, zwiększając skuteczność terapii. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 21: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę anestetyczną o następujących parametrach:

- \* maskiet, który zapewnia precyzyjne dopasowanie do twarzy pacjenta
- \* kodowanie kolorystyczne maskietów ułatwiające rozróżnienie rozmiarów
- \* odpowiednia dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych
- \* wykonana z przezroczystego materiału (TPE i PP)
- \* jednorazowego użytku
- \* nie zawiera PCV, ftalanów i lateksu
- \* pakowane folia-folia
- \* kodowanie kolorów: rozmiar 1 – niebieski, rozmiar 2 – pomarańczowy, rozmiar 3 – różowy, rozmiar 4 – biały, rozmiar 5 – żółty?



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 22: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wewnętrznego ożebrowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi.**

**PYTANIE 23: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie zawierało perforację w części środkowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi.**

**PYTANIE 24: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę anestetyczną o następujących parametrach:

- \* pompowany maskiet, który zapewnia precyzyjne dopasowanie do twarzy pacjenta
- \* kodowanie kolorystyczne pierścieni ułatwiające rozróżnienie rozmiarów
- \* odpowiednia dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych
- \* wykonana z przezroczystego materiału (PCV)
- \* jednorazowego użytku
- \* nie zawiera ftalanów i lateksu
- \* pakowane folia-folia
- \* kodowanie kolorów: rozmiar 0 – biały, rozmiar 1 – różowy, rozmiar 2 – żółty, rozmiar 3 – zielony, rozmiar 4 – czerwony, rozmiar 5 – niebieski, rozmiar 6 - pomarańczowy?



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 25: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 26: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwoma rurami o długości do 180cm i dodatkową gałęzią o dł. do 120cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści.**

**PYTANIE 27: Zamówienie częściowe nr 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwoma rurami o długości do 160cm i dodatkową gałęzią o dł. do 100cm?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 28: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z podstawą (mocowaniem) wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 29: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z etykietą opisaną w języku angielskim?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści.**

**PYTANIE 30: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania graficznej instrukcji obsługi na opakowaniu jednostkowym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi.**

**PYTANIE 31: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku polskim dołączoną do opakowania handlowego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 32: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki nie posiadające kodowania kolorystycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**PYTANIE 33: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o wymiarach (dł. całkowita / szer. końcowa):

- rozmiar 0: 76mm / 10mm

- rozmiar 1: 95mm / 13mm

- rozmiar 2: 105mm / 13mm

- rozmiar 3: 135mm / 15mm

- rozmiar 4: 155mm / 15mm?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 34: Zamówienie częściowe nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z 3-letnią datą ważności?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści.**

**PYTANIE 35: Zamówienie częściowe nr 5, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy ISO 10993 w zakresie biouzgodności?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi.**



**PYTANIE 36: Zamówienie częściowe nr 5, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi.**

**PYTANIE 37: Dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o lepszych parametrach, światłowodową, jednorazową, Miller - rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, McIntosh – rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórzonego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

**PYTANIE 38: Część 1: Poz.1 i 2:**

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania maski o parametrach: Maski anestezyjologiczne, jednorazowego użytku, biologicznie czyste, z miękkim mankietem z TPE, niewymagającym zewnętrznego uszczelniania, umożliwiającym szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. W rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży / dorosły bardzo duży, Korpus maski wykonany z polipropylenu, o anatomicznym kształcie zapewniającym dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta oraz zmniejszającym „przestrzeń martwą”, wykonany z przezroczystego materiału, zakończony kominem 22 F dla rozmiarów od 3 do 7 wyposażonym w pierścienie mocujące oraz zakończony kominem 15 M dla rozmiarów 1-2. Maski anestezyjologiczne pozbawione PCV, ftalanów i lateksu, kompatybilne ze środowiskiem MRI. Na etykiecie jednostkowej nazwa w języku polskim, rozmiar, data produkcji, data ważności, piktogram, instrukcja użycia, oznaczenie braku lateksu, DEHP, BPA i kompatybilności z MRI.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 39: Poz.3:**

1. Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylne, rurki i mankiety wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinięcia nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg).

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 40:** 2. Prosimy o doprecyzowanie czy Rozmiar maski ma być kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

**PYTANIE 41: Poz.4:**

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawów z popychaczem dł. min. 40cm.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 42: Część 2: Poz.1:**

1. Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania maski o parametrach: Maski anestezyjologiczne, jednorazowego użytku, biologicznie czyste, z miękkim mankietem z TPE, niewymagającym zewnętrznego uszczelniania, umożliwiającym szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. W rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży / dorosły bardzo duży, Korpus maski wykonany z polipropylenu, o anatomicznym kształcie zapewniającym dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta oraz zmniejszającym „przestrzeń martwą”, wykonany z przezroczystego

materiału, zakończony kominem 22 F dla rozmiarów od 3 do 7 wyposażonym w pierścienie mocujące oraz zakończony kominem 15 M dla rozmiarów 1-2. Maski anestezyjologiczne pozbawione PCV, ftalanów i lateksu, kompatybilne ze środowiskiem MRI. Na etykiecie jednostkowej nazwa w języku polskim, rozmiar, data produkcji, data ważności, piktogram, instrukcja użycia, oznaczenie braku lateksu, DEHP, BPA i kompatybilności z MRI.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 43:** 2. Prosimy o sprecyzowanie czy rozmiar maski ma być kodowany barwą mankietu oraz oznaczony numerycznie na części ustnej korpusu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak

**PYTANIE 44: Poz.2:**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski o parametrach: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankiem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maski o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankieta chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maski wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta., rozmiary : 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 45: Poz.3:**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o parametrach: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankiem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Dren do napełniania mankieta wchodzący do mankieta pod kątem 90 stopni, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni. Maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 46:** 2. Prosimy o doprecyzowanie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

**ODPOWIEDŹ:** Tak.

**PYTANIE 47: Poz.4:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na linie, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 48: Poz.5:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu,

kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ.**

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych*

Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk +48 61 61 62 558, [agata.szulczyk@szoz.pl](mailto:agata.szulczyk@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Adama Wrzóska 1  
60-663 Poznań