



Gdynia dnia: 2022-07-18

Pismo: CRZP/110/2022/AZP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "RID/2022/GA/3 - Dostawa urządzeń elektronicznych - Zestaw urządzeń" – znak sprawy CRZP/110/2022/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Poz. I Multimetr stołowy. Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy częstotliwości od 20Hz do 1MHz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

2. Poz. II Multimetr przenośny. Czy Zamawiający dopuszcza multimetr bez funkcji pomiaru wartości minimalnej i maksymalnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

3. Poz. III Multimetr przenośny precyzyjny. Czy Zamawiający dopuszcza multimetr bez pomiaru okresu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

4. Poz. VI Obciążenie elektroniczne. Czy Zamawiający dopuszcza regulowaną szybkość narastania prądu w zakresie 0,001 A/μs do 2,5 A/μs?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

5. Poz. VII Analizator widma. Czy Zamawiający dopuszcza analizator z ekranem 10,1" o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Referat
Aneta Bednarska-Głoga
Aneta Bednarska-Głoga