

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy  
Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790319362

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Szpitalna 60

**1.5.2.) Miejscowość:** Suwałki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-400

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.suwalki.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f2c576a6-0801-11ed-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00272485/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-22 11:54

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00005252/10/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.5 Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

www.szpital.suwalki.pl

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl>**

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> oraz poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/TP/MN/2022. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: podpisie zaufanym należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2020 poz. 346); podpisem osobistym należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np. doc, docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, doc, .docx, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania" o terminie przesłania decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji pliku na Platformie. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości") lub poczty elektronicznej. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ.

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie**

**4.1.2.) Numer referencyjny:** 26/TP/MN/2022

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 6

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

#### **Część 1**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "aligator", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm szt. 2

2 Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "zęby szczura", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm szt. 2

3 Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "nożyczki papuzie", do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm szt. 2

4 Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe typu chwytak 3 ramienny ostry, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm szt. 2

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 2**

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 1,5m, Ø1,5mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji szt. 2  
2 Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji szt. 10

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 3

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Klipsownica obrotowa, dł. 230 cm, maks. śr. części wprowadzanej 2,75 mm, do kanałów roboczych 2,8 mm, kompatybilne z modelem HX-110UR Olympus szt 2

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane

kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 4

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9.9 Charr, początkowy/dystalny maksimum 8 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x6,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 10-15 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. szt. 5

2 Optyka do resektora, kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm szt. 3

3 Optyka tzw. krzeselkowa do morcelatora, kąt patrzenia 0°, z portem roboczym do wprowadzenia frezu szt. 1

4 Kleszyczki biopsyjne optyczne łyżeczkowe dla płaszczy cystoskopowych od 19,5 współpracujące z optyką 0 st. szt. 1

5 Łącznik do współpracy płaszczy resektoskopowych z kleszczkami i nożyczkami optycznymi szt. 1

6 Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny przewodnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie szt. 20

7 Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny przewodnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie przewodnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie szt. 20

8 Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ kulkowa, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny przewodnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie szt. 20

9 Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. szt. 2

10 Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Charr.., z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu, ukośna dystalna końcówka płaszcza wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiającą stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegającą odbijaniu światła. szt. 3

11 Obturator szt. 1

12 Element roboczy tzw. napęd elektrod, aktywny, współpracujący z optyką 30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu, złącze tzw. bagnetowe dla bezpiecznego połączenia optyki i elementu roboczego szt. 1

13 Światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask, wymienna końcówka do zapięcia optyki szt. 2

14 Uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 5 FR szt. 2

15 Uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 7 FR szt. 2

16 Membrana uszczelniająca do ureterorenoskopu, żółta, tzw. zastawkowa szt. 4

17 Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających (zab myszy), średnica 4 Fr, dł. robocza 500-550 mm szt. 20

18 Uchwyt do modułowych małych kleszczyków HySafe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem szt. 5

19 Wkład roboczy z płaszczem HySafe, typ "aligator", długość robocza 500-550 mm, średnica 5 Fr. szt. 10

21 Włókno do lasera 272 µm, wielorazowe szt. 15

22 Włókno do lasera 550 µm, wielorazowe szt. 15

23 Płaszcz wewnętrzny dedykowany do enukleacji i pracy z laserem minimum 24 Fr., ze specjalnie pogrubioną, dystalną końcówką ze stali nierdzewnej, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu/napędu szt. 1

24 Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z

- dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. szt. 1
- 25 Uchwyt/napęd laser resektora roboczy tzw. zamknięty z niezależnym uchwytem na kciuk z portem wprowadzenia włókna laserowego szt. 2
- 26 Frez morcelatora, jednorazowego użytku, średnica 4,5-4,85 mm, długość robocza 325-375 mm, opakowanie zawierające min 3 szt. szt. 10
- 27 Frez morcelatora, wielokrotnego użytku, średnica 4,5-4,85 mm, długość robocza 325-375 mm szt. 10
- 28 Zestaw drenów jednorazowych do pompy Piranha (1op. = 10 szt.) szt. 20
- 29 Pojemnik zatrzymujący kawałki tkanki do badania laboratoryjnego, zakładany na pojemnik na odessany płyn, jednorazowy (1op. = 10 szt.) szt. 20
- 30 Filtr do łącza próżniowego, jednorazowy, (1op. = 10 szt.) szt. 5
- 31 Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm – koniec dystalny ścięty szt. 1
- 32 Rurka prowadząca z pierścieniem w części dystalnej do włókna laserowego 600 µm szt. 1
- 33 Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm szt. 1
- 34 Płaszcz cystoskopowy 20-21 Charr., umożliwiający pracę narzędziami minimum 10 Charr. lub 2 x 6 Charr. , płaszcz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. szt. 2
- 35 Płaszcz cystoskopowy 19-19,5 Charr., umożliwiający pracę narzędziami minimum 7 Charr. lub 2 x 5 Charr. , płaszcz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. szt. 1
- 36 Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka do cystoskopii diagnostycznej z dpoprtem do wprowadzenia instrumentów. Port wyposażony w wymienny kranik z tworzywa wpinane zatrzaskowo. szt. 3
- 37 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni , optyka autoklawowalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu szt. 2
- 38 Strzykawka urologiczna, dopęcherzowa (żaneta) 150 ml ze stałym stożkiem,dł. 248 mm, wielorazowa szt. 1
- 39 Zapasowy cylinder strzykawki dopęcherzowej 150 ml (typ żaneta 822.31 i 822.40) szt. 5

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 5**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

- 1 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. szt 4
- 2 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. szt 2
- 3 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. szt 2
- 4 Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe, op. 6 szt. szt 1
- 5 Łącznik cystoskop-optyka, z jednym zamykanym kanałem instrumentowym szt 10
- 6 Płaszcz cystoskopowy 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026CO szt 4
- 7 Płaszcz cystoskopowy 19 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026DO szt 4
- 8 Płaszcz cystoskopowy 17 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026UO szt 4
- 9 Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny szt 1
- 10 Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny szt 1
- 11 Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zast. z optyką 27005AA/AIA//BA/BIA/FA/FIA szt 7
- 12 Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zast. z optyką 27005AA/AIA//BA/BIA/FA/FIA szt 3
- 13 Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm szt 5
- 14 Optyka HOPKINS 0st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt 4
- 15 Optyka HOPKINS 30st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt 7
- 16 Optyka HOPKINS 70st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt 2
- 17 Optyka HOPKINS 12st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt 2
- 18 Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome szt 12
- 19 Optyka HOPKINS 30 st. śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt 1
- 20 Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm szt 2
- 21 Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm szt 1
- 22 Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm szt 1
- 23 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm szt 1
- 24 Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opk. 10 szt. szt 1
- 25 Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z KS ENDOFLATOR 40 i 50 szt 1
- 26 Filtr, do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR, THERMOFLATOR, ENDOFLATOR 40, ENDOFLATOR 50, sterylny, op 25 szt. szt 4
- 27 Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z pompą HAMOU Endomat 26331120 szt 1

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek**

**kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 6**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

- 1 Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 365 µm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie szt 3
- 2 Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 272 µm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie szt 3
- 3 Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 550 µm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie szt. 3
- 4 Obieraczka lub nożyk do włókien laserowych o średnicach 0,12-0,4µm lub 0,3 - 1,0 µm szt 2
- 5 Okulary ochronne dla długości fali 2100 nm szt 1

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 40pkt.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 11.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ.



11.2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ.

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

11.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Lp. Wymagany dokument

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** nie dotyczy

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

1 Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów, potwierdzających wymagane parametry.

Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem).

2 Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186 ze zm.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Tak

**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

1 Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów, potwierdzających wymagane parametry.

Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem).

2 Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186 ze zm.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

17.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1 Formularz oferty.

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.

2 Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ

3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ

4 pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;

5 Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów, potwierdzających wymagane parametry

Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem).

6 Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186 ze zm.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności

oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:

- 1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- 2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
- 3) ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.

13.3. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

13.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 9, Zamawiający będzie oceniał łącznie.

13.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie:

- a) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 5, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
- b) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto;
- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie łącznej wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy.
- d) numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania – w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
- e) zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2022-08-05 12:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** <https://e-propublico.pl>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2022-08-05 13:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2022-09-03