

Suwałki, dnia 04/08/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262.218/26/TP/MN/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 26/TP/MN/2022**

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Uczestnik 1**

**Dotyczy pakietu nr 5**

1. W związku z trwającą restrukturyzacją firmy oraz oczekiwaniem na decyzję UOKiK, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.08.2022 r., co pozwoli nam na przeprowadzenie sprawnej i bezproblemowej procedury przetargowej oraz ewentualnej dostawy.  
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 08/08/2022r.

2. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w pakiecie 5, poz. 5 - 23, które są produkowane na zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy a także nie są lekami ratującymi życie i można ich zakup zaplanować z wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tych pozycji na 28 dni od daty złożenia zamówienia?  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany kryterium oceny ofert dla części 4,5,6, w zakresie terminu dostawy w następujący sposób:

Kryterium „termin dostawy„będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach:

w skali od 0 do 40 gdzie:

**40 dni roboczych - 0 pkt.**

**30 dni roboczych - 20 pkt.**

**20 dni roboczych - 40 pkt.**

Maksymalna liczba punktów 40 pkt.

3. W związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 5, punkt 1-4 pętle, elektrody i noże są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 sztuk w opakowaniu, prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość pętli, elektrod i noży zamawiający oczekuje oraz przeliczenie ich ilości w formularzu cenowym na pełne opakowania handlowe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje:

**punkt 1 – 4 opakowania po 6 sztuk w opakowaniu**

**punkt 2 - 2 opakowania po 6 sztuk w opakowaniu**

**punkt 3 - 2 opakowania po 6 sztuk w opakowaniu**

**punkt 4 – 1 opakowanie po 6 sztuk w opakowaniu**

4. W związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 5, punkt 24 uszczelki pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze po 10 sztuk w opakowaniu, prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość uszczelek Zamawiający oczekuje oraz przeliczenie ich ilości w formularzu cenowym na pełne opakowania handlowe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w **punkcie 24 – 1 opakowanie po 10 sztuk w opakowaniu.**

5. W związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 5, punkt 26 filtry pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze po 25 sztuk w opakowaniu, prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość filtrów Zamawiający oczekuje oraz przeliczenie ich ilości w formularzu cenowym na pełne opakowania handlowe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w **punkcie 26 – 4 opakowania po 25 sztuk w opakowaniu.**

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

**Termin składania ofert: 08/08/2022r. Godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert: 08/08/2022r. Godz. 13:00**

**Termin związania z ofertą : 06/09/2022r.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 26/TP/MN/2022 z dnia 22/07/2022r.

Z poważaniem,

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
**Adam Szałanda**