

Kraków dnia: 2022-08-19

**Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego**  
**SP ZOZ w Krakowie**  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
os. Na Skarpie 66  
31-913 Kraków  
SZP.271. 505/21/2022

#### **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 20 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ."** – znak sprawy **ZP/21/2022**.

- I. Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy grupy 10 fotel ginekologiczny

pkt 4 - Czy Zamawiający dopuszcza fotel z osłoną w kolorze kremowym?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści podpory pod ręce pacjenta w kolorze tapicerki?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

pkt 12 - Czy Zamawiający dopuszcza szerokość leżących i oparcia pleców 640mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści miskę prostokątną?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

pkt 8 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu schodka? Oferowany przez nas fotel obniża się do poziomu 64cm, wyprofilowany jest w ten sposób, że schodek nie jest potrzebny do swobodnego wejścia na fotel

**Odpowiedź: Nie.**

## **Pytanie nr 2**

1. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w zawieszany uchwyt na prześcieradło jednorazowe za oparciem pleców, bez możliwości poprowadzenia prześcieradła między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w regulowane podpory pod ręce pacjentki wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w wolnostojący, nienasuwany na podstawę fotela stopień wykonany ze stali lakierowanej proszkowo i powierzchni antypoślizgowej? Jak na zdjęciu poniżej:



**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego podpórki podudzia wykonane są z pianki poliuretanowej w kolorze czarnym?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

5. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego segment siedziska i oparcie pleców mają szerokość: ~630mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego długość 3 segmentowej powierzchni leża (bez segmentu nóg) wynosi: ~1200mm?

**Odpowiedź: Nie.**

7. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego wysokość regulowana jest elektrycznie za pomocą kolumny w zakresie: 610-810mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

8. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego segment oparcia pleców regulowany jest elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 0-78o?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

9. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego segment siedziska posiada elektryczną funkcję regulacji nachylenia w zakresie: 0-13o?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

10. Dotyczy pakietu 10. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego tapicerka dostępna jest w kolorze pomarańczowym?

Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu.



**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 3**

Pytania stół operacyjny:

1. Czy Zamawiający w Grupie nr 1, pkt 5 dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego o szerokości z szynami bocznymi 61 cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający w Grupie nr 1, pkt 26 dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w większym zakresie od wymaganego: 68 cm do 118 cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytania lampa operacyjna:

1. Czy Zamawiający w Grupie nr 2, pkt 2 dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o łącznym zasięgu pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): 1760 mm, oraz łącznym zasięgu drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): 1885 mm?

Jest to zasięg większy od wymaganego.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający w Grupie nr 2, pkt 7 dopuści do zaoferowania głębokość oświetlenia (L1 + L2) dla Ec: 20% to min. 1000 mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie nr 4**

Zadanie nr 10: Fotel ginekologiczny 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą oraz kolumną zabudowanymi osłonami ze stali malowanej proszkowo oraz segmentami fotela obustronnie tapicerowanymi bez konieczności stosowania osłon z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością poprowadzenia podkładu papierowego pomiędzy segmentem pleców i siedziska oraz na całej długości leża?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w tapicerowane podpórki pod ręce w kolorze materaca?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w schodek pacjenta dostawiany do fotela wykonany ze stali malowanej proszkowo pokryty gumą antypoślizgową?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości 3-segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża 1260mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą o wymiarach 930x600mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością fotela?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulowanym kątem nachylenia segmentu siedziska?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie nr 5**

Dotyczy Załącznik Nr 1 SWZ Grupa 2 Lampa operacyjna

1. pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie natężenie światła  $E_c$  max. z odległości 1 m: dla czaszy satelitarnej wynosi 140 000 lux.

**Odpowiedź: Nie.**

- 2 - pkt. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego  $R_a: \geq 97$ .

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

- 3 - pkt. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej  $R_9: \geq 97$ .

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

- 4 - pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o ilości diod w czaszy głównej 78 szt, w czaszy satelitarnej 64 szt.

**Odpowiedź: Nie.**

- 5 - pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego lub natężenia światła za pomocą centralnego uchwyty sterującego i przyciskami panelu sterowania przy każdej z czasz.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

- 6 - pkt. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z panelem sterowania umieszczonym przy czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

7 - pkt. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego przy każdej z czasz.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dotyczy Załącznik Nr 1 SWZ Grupa 13 Lampa zabiegowa

1 - pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o wymiarach kopuły 230x330mm.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

2 - pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z 6 diodami LED. Taka ilość diod jest wystarczająca do otrzymania pożądanego przez Zamawiającego natężenia światła min. 60tyś lux. Diody wymienne są pojedynczo co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

3 - pkt. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie temperatura barwowa wynosi 4350K. Jest to temperatura oddająca najbardziej neutralne światło, najczęściej stosowana w lampach zabiegowych. Różnica 50K nie jest zauważalna dla ludzkiego oka.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

4 - pkt. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie 5-stopniowa regulacja jasności znajduje się na panelu sterowania głowicy oświetleniowej.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

5 - pkt. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o max. poborze mocy wynoszącym 28W.

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie nr 6**

1. dot. §6 ust.13

Czy Zamawiający może doprecyzować, że czas podjęcia naprawy przez serwis będzie wynosił maksymalnie 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 7**

Grupa nr 3 – Aparat do elektrokoagulacji 1 szt.

Punkt nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z regulacją mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w zakresie 1-30W z krokiem co 1W, oraz z krokiem co 5W powyżej 30W?

**Odpowiedź: Nie.**

Punkt nr 5, 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu i wyświetlający informację o poprawności przylegania elektrody ? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skórą pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 9,10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wyjścia: jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie), jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych, gniazdo elektrody neutralnej, płaskie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Punkt nr 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dwoma trybami cięcia: czyste i z hemostazą z regulacją mocy do 250W?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dwoma trybami koagulacji: miękką i forsowną z regulacją mocy do 150W?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ze znamionową częstotliwością pracy 357kHz?

**Odpowiedź: Nie.**

Punkt nr 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ważące 6,5 kg?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do elektrod neutralnych dł. 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem, przeznaczenie do min 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny podwójny do cięcia i koagulacji z przyciskiem umożliwiającym zmianę programów, z kablem dł. 5m?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do pęset, dł. 5m, od strony szczypiec kompatybilny z oferowanymi szczypcami, od strony aparatu 2 pin, przeznaczenie do min 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 23. Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste, dł. 110 mm, bransza 0,5 mm, końcówka 8 mm, przeznaczenie do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 24. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, do elektrod z trzonkiem 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 5m, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji., wtyczka 3 bolcowa?

**Odpowiedź: Nie.**

Punkt nr 25. Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, dł. 57 mm o wymiarach noża 25 x 3,5 mm oraz elektrody kulkowe, pętle o wymiarach od 47-60 mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Punkt nr 26. Czy Zamawiający dopuści uchwyt jednorazowego użytku sterylny, z dwoma przyciskami, długość 155 mm, do elektrod z trzonkiem 2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3 bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową – opakowanie po 10 szt?

**Odpowiedź: Nie.**

## **II. Zamawiający załącza ostateczną wersję SWZ.**

Zamawiający  
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz