



Poznań, 05.09.2022 r.

ADZP-381-54/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie **Podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: **"Zakup aparatu USG"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: dotyczy pkt. I.21] – w związku z faktem iż wymagacie Państwo integracji dostarczonego USG z posiadanym przez Państwa systemem PACS/RIS, prosimy o wyjaśnienie, jakiej firmy system PACS/RIS Państwo posiadacie, oraz czy posiadacie Państwo licencję na podłączenie aparatu USG do systemu PAC/RIS?

Odpowiedź: Posiadamy systemy firmy Alteris. Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie aparatu USG do systemu PAC/RIS.

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych*

Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska +48 61 61 62 559, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl